

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
8.8.2017

Naše značka
BY/66/2017

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119

Karlovy Vary
15.8. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 53**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.7. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-018801

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 53“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje možnost izolace DNA z plné krve z objemů v minimálním rozsahu 200 µl až 600 µl. Náš systém má sice rozsah jen do 400 µl, ale i v tomto objemu poskytuje velmi vysoké výtěžky srovnatelné se vstupním objemem 600 µl u jiných systémů. Tuto skutečnost můžeme doložit výsledky EHK s použitím real-time PCR kitu od stejného výrobce (např. HCV, HBV). Bude zadavatel akceptovat i systém s rozsahem do 400 µl? Zadavatel tím zpřístupní zakázku více potenciálním dodavatelům.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat i systém s rozsahem do 400 µl.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje USB port pro přenos dat. Náš systém nemá USB port a data o spouštěném protokolu se přenáší pomocí čtečky čárových kódů. Tento systém je rychlý, spolehlivý a velmi intuitivní. Bude zadavatel akceptovat i výše zmíněný typ přenosu dat? Zadavatel tím zpřístupní zakázku více potenciálním dodavatelům.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat i přenos dat pomocí čtečky čárových kódů.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje ovládání pomocí dotykového displeje. Náš systém má klasický (bezdotykový) displej a membránovou klávesnici vedle něj. Použití membránové klávesnice pro ovládání přístroje má v laboratorním prostředí své opodstatnění, protože je spolehlivé i v případě, že má obsluha rukavice. Bude zadavatel akceptovat i systém s klasickým displejem a membránovou klávesnicí?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat i systém s klasickým displejem a membránovou klávesnicí.

Dotaz č. 4:


Zadavatel požaduje, aby vnější rozměry přístroje nepřesáhly 530 x 570 x 570 mm (h x š x v). Náš systém má vnější rozměry 700 x 480 x 520 mm (h x š x v) a přesahuje požadované rozměry pouze v rámci hloubky přístroje. Prosíme zadavatele o přeměření prostoru, kde bude přístroj umístěn. Bude zadavatel akceptovat i systém s námi uvedenými rozměry? Byla by škoda, pokud bychom se nemohli ucházet o tuto zakázku kvůli takovému detailu, který nemá vliv na funkci.

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, zadavatel bude akceptovat i systém s vnějšími rozměry 700 x 480 x 520 mm (h x š x v).

Zadavatel současně s tímto uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 IROP I_část 53_Formulář technické specifikace_verze 15.08.2017 (změna vyznačena zeleným podbarvením).

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje termín pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku, tzn. do **22.9.2017 do 13:00 hod.** Místo podání nabídek se nemění.


.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení