

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
27.9.2017

Naše značka
BY/81/2017

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119

Karlovy Vary
3.10. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-024723

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace s názvem Formulář technických specifikací dodávky pro: IROP_I_41B_Sestava lednic uvádí požadavek:

1. „Váha – max. 210kg“. S ohledem na několikanásobně vyšší nosnost podlahy účastník neshledal žádný objektivní důvod k tomuto váhovému omezení. Bude zadavatel akceptovat lednici s hmotností do 260 kg? Účastníkem nabízená lednice je v současné době umístěna na několika pracovištích v České republice a v žádném z nich nebyla váha přístroje na překážku.
2. „Úroveň hluku – max. 52 dB“. Bude zadavatel u tohoto parametru akceptovat běžně akceptovatelnou odchylku +10%?

Odpověď na dotaz č. 1:

1. Ano, zadavatel bude akceptovat i lednici s hmotností do 260 kg.
2. Ano, zadavatel bude u úrovně hluku akceptovat odchylku +10% od maximální požadované hodnoty 52 dB.

Zadavatel současně s tímto uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 IROP I_část 41B_Formulář technické specifikace_verze 2.10.2017 (změna vyznačena zeleným podbarvením).

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje termín pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku, tzn. do **7.11.2017 do 10:00 hod.** Místo podání nabídek se nemění.



.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení