

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
BY/108/2017Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119Karlovy Vary
9.11.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-024723

Vážený obchodní přítel,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Mám dotaz ke dvěma požadavkům ze specifikace dodávky uvedené v Příloze č. 2 ZD Formulář technických specifikací dodávky pro IROP_I_41B_Sestava lednic.

Jedná se o požadavky neovlivňující účel a funkci přístroje.

Elektrický příkon max. 280W a vyzařování tepla. U domácích spotřebičů se jedná o rozhodující údaj, avšak laboratorní ledničky mají zaměřený vývoj na funkčně důležitější parametry. Vyzařování tepla není výrobci laboratorních ledniček ani standardně uváděno.


Všechny přístroje s označením CE, musí splňovat evropské normy, což by mělo být u těchto parametrů dostačující.

Žádám zadavatele o vypuštění těchto požadavků ze specifikace dodávky.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel akceptuje vypuštění parametrů Elektrický příkon max. 280W a vyzařování tepla, a současně s tímto uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 IROP I_část 41B_Formulář technické specifikace_verze 9.11.2017.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje termín pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku, tzn. do **15.12.2017 do 10:00 hod.** Místo podání nabídek se nemění.


Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení