

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
BY/112/2017Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119Karlovy Vary
14.11.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9. 2017 pod evidenčním číslem zakázky Z2017-024723

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41B“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikace uvádí mj. požadavek „*Přístroj musí splňovat direktivu 93/42/EEC*“. Tato směrnice se týká zdravotnických prostředků. Z této formulace tedy dovozujeme, že zadavatel požaduje, aby nabízené lednice byly zdravotnickým prostředkem. Provedli jsme průzkum trhu a dle prohlášení notifikované osoby a i řady výrobců, nelze v České republice žádným způsobem zajistit provedení notifikace volně stojících lednic. Notifikaci volně stojících lednic lze provést jen v některých státech. To způsobuje, že zadavatel tímto požadavkem diskriminuje výrobce či dodavatele jak z České republiky, tak i z těch zemí, kde se tato notifikace také neprovádí, což není v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Je nezbytně nutné přihlídnout ke skutečnosti, že tato lednice nepřijde do přímého kontaktu s pacientem, což je dalším důvodem, proč notifikovaná osoba předmětné podklady pro notifikaci neposkytne. Další faktem je, že zajištění splnění této direktivy s sebou nese nemalé finanční náklady, které musí dodavatelé zahrnout do jejich ceny. Pokud bude zadavatel na tomto požadavku trvat, tak si v důsledku tohoto požadavku navyšuje pořizovací cenu lednic, což se jeví jako nevhodné. Proto sledujeme tento požadavek jako nadbytečný.

Mohl by zadavatel od tohoto požadavku upustit a sdělit, zda bude akceptovat nabídku sestavy lednic, které z výše uvedených důvodů nesplňují ustanovení direktivy 93/42/EEC, avšak jsou do zdravotnického prostřední vhodné a jsou jinými zadavateli běžně poptávány?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel akceptuje vypuštění parametru "Přístroj musí splňovat direktivu 93/42/EEC", a současně s tímto uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 IROP I_část 41B_Formulář technické specifikace_verze 14.11.2017.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje termín pro podání nabídek, a to o celou svou původní délku, tzn. do **19.12.2017 do 10:00 hod.** Místo podání nabídek se nemění.


.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení