

Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku:

„Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 41A“

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9.2017
pod Evidenčním číslem zakázky Z2017-024721

1) Označení zadavatele

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
IČ: 26365804

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
zastoupená Ing. Jitkou Samákovou, předsedkyní představenstva a Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsdou představenstva

2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení - sestavy mrazáků, určené pro transfúzní oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

3) Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení.

4) Označení účastníků zadávacího řízení

1. KRD – obchodní společnost, s.r.o., IČ: 26424991
se sídlem: Pekařská 12, 155 00 Praha 5
nabídková cena v Kč bez DPH: 185.714,-

2. MEDISTA spol. s r.o., IČ: 26424991
se sídlem: Dělnická 12, 170 00 Praha 7
nabídková cena v Kč bez DPH: 296.000,-

5) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

6) Označení poddodavatele/ů

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

7) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

8) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

9) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

10) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel v podmínkách zadávací dokumentace požadoval v technické kvalifikaci doložení vlastnosti nabízeného zboží – vnitřní dveře jednotlivých skladovacích boxů. Zadavatel však ve fázi posouzení zjistil, že nabídka účastníka KRD – obchodní společnost, s.r.o., která byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, obsahuje nabídku přístroje, u kterého jsou jedny dveře pro dva mrazící boxy. Zadavatel proto vznesl na účastníka KRD – obchodní společnost, s.r.o. dne 16.11.2017 žádost o vysvětlení uvedené skutečnosti.

Účastník ve svém vysvětlení ze dne 14.11.2017 na dotaz zadavatele uvedl, že skutečně nabízí jedny dveře pro dva mrazící boxy, nicméně se jedná o řešení, které neovlivňuje homogenitu a vnitřní uniformitu teploty uvnitř boxu po otevření dveří. Dle účastníka se tak jedná o řešení, které splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Současně dodavatel zaslal rozměry šuplíků nabízených mrazících boxů.

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení účastníka KRD – obchodní společnost, s.r.o. zjistil, že při stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky v požadavku na technické charakteristiky požadovaných mrazáků nedostatečně zohlednil způsob manipulace s transfúzními přípravky (čerstvě zmraženou plazmou), které by ve výsledku vedlo k nutnosti změny způsobu takové manipulace, což je z důvodů dále uvedených pro zadavatele nepřijatelné.

Zadavatelovým záměrem bylo zachovat stávající systém manipulace, ve které jsou jednotlivé zmražené transfúzní jednotky (dále jen „TU“) vloženy do skladovacích košů mimo mrazící boxy (mrazáky). Poté jsou naplněné koše vkládány do jednotlivých polic v mrazících boxech. V mrazících boxech se již s jednotlivými TU nemanipuluje, aby se eliminovalo riziko jejich mechanického poškození, kdy plastový vak s TU je při teplotách mínus 25 °C (a méně) křehký a náchylný k mechanickému poškození. S ohledem na velikost používaných košů a pro snadnou manipulaci s naplněnými koši potřebuje zadavatel ve skladovacím boxu zachování rozměrů stávajících košů (délka 53 cm, šířka 18 cm, výška 20 cm).

Zadavatel však tento požadavek do zadávacích podmínek neuvedl, protože měl mylně za to, že dostupné mrazící boxy na trhu jsou konstruovány identicky a umožňují použití systému skladování prostřednictvím košů s jednotlivými dvířky, při zachování výše uvedených rozměrů. Tyto rozměry navíc umožňují svislé ukládání plazmy ve skladovacím koši.

Z nabídky a vysvětlení účastníka KRD – obchodní společnost, s.r.o. ale vyplývá, byť dodavatel odmítl systém ukládání blíže popsat, že jeho systém je založen na existenci šuplíků, které ukládání jednotlivých košů dle zavedeného postupu zadavatele neumožňují. Naopak by systém vedl k tomu, že by zadavatel musel manipulovat s jednotlivými TU, což by ve výsledku mohlo vést k jejich mechanickému poškození. Rovněž by uvedené řešení zadavateli neumožňovalo rychle přesouvat jednotlivé koše mezi jednotlivými mrazícími boxy opět bez nutnosti manipulace s jednotlivými TU, což je pro zadavatel opět nežádoucí.

Pokud by zadavatel chtěl zachovat systém manipulace prostřednictvím košů, musel by celý systém přizpůsobit nabídce dodavatele KRD – obchodní společnost, s.r.o., tedy zavést jiný systém skladování, jehož pořízení by znamenalo další náklady na straně zadavatele.

Dle rozměrů jednotlivých šuplíků ve vysvětlení dodavatele KRD – obchodní společnost, s.r.o. by zadavatel rovněž nemohl pokračovat v systému svislého ukládání plazmy, jelikož šuplíky to rozměrově neumožňují. V takovém případě by ale odklon od svislého ukládání plazmy znamenal požadavek na rozšíření počtu požadovaných kusů mrazáků.

Zadavatel tak je postaven do situace, kdy má za to, že řešení nabízené dodavatelem KRD – obchodní společnost, s.r.o. neodpovídá potřebám zadavatele při manipulaci s krevní plazmou, které zadavatel požaduje z důvodů uvedených výše zachovat. Pro zadavatele se jedná o důvody zvláštního zřetele, pro které nemůže pokračovat v zadávacím řízení, jelikož zachování nynějšího způsobu nakládání s krevní plazmou je pro medicínské potřeby zásadní. Řešení nabízené dodavatelem KRD – obchodní společnost, s.r.o. je pro zadavatele nepotřebné a je v rozporu se zásadou hospodárnosti, aby jej přijímal, když jej následně nevyužije.

Zadavatel však rovněž musí uzavřít, že v podmínkách zadávací dokumentace veřejné zakázky nespécifikoval požadavky na vnitřní rozměry a uspořádání mrazících boxů, včetně dvířek, dostatečně na to, aby jednotliví dodavatelé mohli takový požadavek zadavatel předpokládat. V souladu s § 36 odst. 3 ZZVZ však: Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

Zadavatel, byť nedopatřením, nedostatečně popsal své požadavky v zadávací dokumentaci a je přesvědčen, že tímto postupem mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, proto přistoupil v souladu s § 49 ZZVZ k přijetí opatření k nápravě, kterým napravuje předchozí postup, který mohl být v rozporu se ZZVZ, a tedy ke zrušení této části veřejné zakázky. Zadavatel zohlednil zejména skutečnost, že zadávací řízení je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu a že by se vystavil krácení této dotace, pokud by v zadávacím řízení bylo dále pokračováno.

Zadavatel je povinen vynakládat veřejné prostředky hospodárně, efektivně a účelně, jak předvídá zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, proto po něm nelze požadovat, aby v zadávacím řízení nadále pokračoval, neboť z ekonomického hlediska to není pro zadavatele výhodné.

11) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval podání nabídek v listinné podobě.

12) Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

13) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Předmět plnění neumožňuje rozdělit veřejnou zakázku na části.

14) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Za zadavatele:

.....
Ing. Jitka Samáková
předsedkyně představenstva

.....
Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)