

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV
Část 8 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje
Část 9 veřejné zakázky	Lékařský nábytek
Část 10 veřejné zakázky	Pojízdná křesla
Evidenční č. zakázky:	Z2018-009690
Úřední věstník EU:	2018/S 062-136914
Identifikační údaje zadavatele	
název:	Karlovarský kraj
sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ:	70891168
právní forma:	veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 9 veřejné zakázky Lékařský nábytek

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k části 9 veřejné zakázky – Lékařský nábytek, k položce č. T-6695 – RTG zástěra. Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje:

- a) zástěry se stíněním vpředu i vzadu se stínícím ekvivalentem 0,25 mm Pb a
- b) zástěry se stíněním vpředu i vzadu se stínícím ekvivalentem 0,35 mm Pb vpředu a 0,25 mm Pb vzadu?

Žádáme zadavatele o upřesnění, kolik požaduje zástěr typu a) a kolik zástěr typu b).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

RTG zástěry se stíněním vpředu i vzadu se stínícím ekvivalentem 0,25 mm Pb – zadavatel požaduje 4 ks.

RTG zástěry se stíněním vpředu i vzadu se stínícím ekvivalentem 0,35 mm Pb vpředu a 0,25 mm Pb vzadu – zadavatel požaduje 4 ks.

V Karlových Varech, dne 24. 4. 2018

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

Karlovarské krajské nemocnice a.s.