

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV
Část 8 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje
Část 9 veřejné zakázky	Lékařský nábytek
Část 10 veřejné zakázky	Pojízdná křesla
Evidenční č. zakázky:	Z2018-009690
Úřední věstník EU:	2018/S 062-136914
Identifikační údaje zadavatele	
název:	Karlovarský kraj
sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ:	70891168
právní forma:	veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 8 veřejné zakázky Zdravotnické přístroje

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel: - „Mobilita stolu zajištěna integrovanými kolečky v základně stolu, chráněnými nerezovým krytem základny proti znečištění.....“

Může uchazeč nabídnout řešení, kdy je pohyb základny zajištěn pomocí transportního vozíku s nosností 360 kg, bez koleček v základně? Uchazeč se domnívá, že integrovaná kolečka v základně stolu, aniž by byla jednoduše přístupná, nejsou ideálním řešením pro udržování hygieny v těchto místech (případné nečistoty na kolečkách jsou zcela mimo kontrolu personálu?) a zároveň díky umístění koleček je základna operačního stolu zbytečně vysoká, takže do jisté míry omezuje pohyb operatérů kolem základny.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel trvá na mobilitě základny operačních stolů integrovanými kolečky přímo v základně.

V případě dodavatelem uváděného řešení by zadavatel musel poptávat další převozový vozík na základnu z důvodu obsazení dvou poptávaných vozíků stolu patientskou operační deskou s pacientem.

Kolečka integrovaná do základny je standardní technické řešení (je v nabídce více dodavatelů na trhu).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel: - „Transportér pracovních desek - elektricky stavitelná výška a ovládání ručním ovladačem...“

Může uchazeč nabídnout výškově stavitelný transportér desek s mechanickým ovládáním?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel trvá na elektrickém výškovém polohování operačních desek, manuální polohování je velmi nekomfortní pro personál a je též pomalejší.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel: - Vyklápění zádového segmentu v rozsahu +60/-25°

Uchazeč se domnívá, že tento parametr je v současných technických možnostech systémových operačních stolů nedostatečný a rád by nabídl parametr s vyklápěním zádového segmentu v rozsahu +90/-55°; zároveň uchazeč nabízí možnost reverzity operačních segmentů, kdy se s vyklápěním zádového segmentu může uživatel dostat až na hodnotu +90/-105°.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Při stanovení technických podmínek vycházel zadavatel z obvyklého používání operačních poloh jednotlivých segmentů stolu. V zadávací dokumentaci uváděné hodnoty jsou stanoveny jako minimální. Dodavatelé mohou nabídnout zařízení s parametry vyššími – lepšími.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel pro pracovní desku chirurgického sálu manuálně ovládané pohyby pracovní desky.....

Nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy +30/-90°....“

Uchazeč se domnívá, že požadovat manuálně ovládané segmenty dolních končetin u systémové operační desky je v současných možnostech operativy již naprosto nedostatečné, minimálně z důvodů manipulace s těmito podložkami ve sterilním, „zarouškováném“ prostředí. Spolu s požadovanou hodnotou +30/-90° se uchazeč domnívá, že zadavatel by měl požadovat vyšší technické parametry na systémovou operační desku, minimálně požadovat elektricky ovládané podložky dolních končetin s možností polohování min.±80°. Požadavek elektricky stavitelného vozíku s akumulátorem naproti tomu pouze mechanicky ovládané podložky nohou u systémové operační desky přijdou uchazeči minimálně zarážející.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Elektrické ovládání uváděné dodavatelem je časově i technicky více náročné, elektricky polohovatelné nožní díly jsou akceptovatelné, ale personálem uživatele nejsou vyžadovány.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel pro pracovní desku „kostní sál“ - ...Oboustranně odnímatelné ramenní části zádového segmentu.....

Může zadavatel blíže upřesnit, zda požaduje jednotlivý díl pro artroskopie ramen, nebo tento díl je zahrnut do základní specifikace operační desky – jinými slovy řečeno, je tento díl součástí pětisegmentové desky pod označením „zádový“..? Pokud ano, může uchazeč nabídnout jako „hlavový“ segment právě fixaci hlavy v podobě helmy? Pokud ne, požaduje zadavatel dodání speciálního dílu pro ASK ramen, který bude kompatibilní se všemi operačními systémovými deskami?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel požaduje pouze jednu operační desku s odnímatelným zádovým segmentem v oblasti ramen z obou stran – není vyžadován speciální díl pro artroskopie ramen, který by měl být kompatibilní s ostatními operačními deskami. Fixace typu Helma je požadován pouze k uvedené pracovní desce a v případě potřeby – operace ramen – nahradí standardní hlavový segment této desky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v oddíle „Příslušenství.....“ požaduje: - ledvinový můstek

Požaduje zadavatel speciální zařízení k systémové operační desce (v tomto případě poprosí uchazeč o bližší specifikaci – např. materiál, nebo požadavek na dosahování úhlů pro vytvoření můstku), nebo může uchazeč nabídnout možnost polohování operační desky tak, že je možno vytvořit ledvinový můstek na vlastní systémové operační desce. Uchazeč předpokládá, že vytvoření ledvinového můstku v tomto případě bude vyžadováno elektricky, takže nutnou podmínkou bude umožnit nabídnutí systémové operační desky, která má jak zádovou, tak nožní část striktně elektricky polohovatelnou. Uchazeč může, nabídnout úhel ledvinového můstku vyšší než 250°.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Ledvinový můstek je samostatnou součástí příslušenství, jak je uvedeno v technické specifikaci. Je použitelný pro všechny poptávané systémové pracovní desky a fixuje se pomocí eurolišty na středovém či zádovém segmentu s možností manuální výškové stavitelnosti v rozsahu cca 0 – 100mm. Materiál RTG transparentní, omyvatelný a desinfikovatelný.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v oddíle „Příslušenství....“ požaduje: - Prodloužení středového segmentu

Zadavatel má zřejmě na mysli pánevní díl, který prodlouží základní (středovou) operační desku. Může zadavatel blíže specifikovat, jak má být pánevní (prodlužovací) díl dlouhý a co má vše uživateli umožnit? Polohování, apod....

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Ano, zadavatel má na mysli pánevní díl délky minimálně 300 mm, nepolohovatelný, RTG transparentní pro gynekologickou nebo urologickou polohu pacienta. Díl je vybaven oboustranně eurolíštou a umožňuje napojení standardních nožních segmentů za tento díl.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v oddíle „Příslušenství....“ požaduje: - Extenzní nástavce na dolní a horní končetinu

Může zadavatel blíže specifikovat, co všechno má obsahovat extenze pro dolní končetiny? Např. schaut pro druhou volnou končetinu, extenční boty pro dospělé, nebo i pro děti? Kožené či plastové? Jaké bude případně požadováno uchycení bérce?

Uchazeč také předpokládá, že není-li požadováno příslušenství k artroskopii kolene, nebude toto požadováno. Může podobně vyspecifikovat zadavatel také příslušenství, jaké bude požadováno pro extenzi na horní končetině? Jsou různé operační přístupy a ze specifikace není vůbec jasné, zda třeba nebude stačit jen kruhovitá fixace humeru jako extenzní nástavec, nebo zda konečný uživatel nebude požadovat kloubový pozicionér pro horní končetinu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel požaduje extenční nástavce pro dolní končetinu kompletní včetně základního příslušenství pro provádění ortopedických a traumatologických operací. Jedná se zejména o teleskopické trakční tyče, 2x šroubový napínací mechanismus k vytvoření trakce, uchycení trakční boty rotační i úhlově stavitelné, pár trakčních bot pro fixaci dospělého pacienta (materiál kůže, umělá kůže), trakční svorka s nastavením a rotací pro podkopy na K-dráty, podložka pod hýždě pacienta včetně uchycení trakčního kolíku, trakční kolík, podložky dolních končetin pro trakci, schaut pro druhou volnou končetinu, tahový nástavec na tibii, výškové a úhlově nastavitelný (hřebování, trakce) s vodorovným podkolenním kolíkem.

Extenční nástavec pro horní končetinu obsahují Weinbergrův trakční úchyt ruky připojitelný ke šroubovému napínacímu mechanismu trakce dolních končetin, loketní podpěrný válec včetně stavitelného mechanismu uchycení k eurolíšti, polohovací zařízení pro operace humeru (intramedulární hřebování), včetně připojení pro Weinbergrův úchyt ruky s kulovým kloubem a opěrného válce pro zajištění protitahu.

Zařízení pro artroskopii není požadováno.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v zadávací dokumentaci, v oddíle „Příslušenství....“ požaduje: - Polohovatelné opěrky nohou PAL-PRO

Může uchazeč nabídnout plnohodnotnou náhradu, pod jiným názvem, jako polohovatelné opěrky nohou?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel nepřipouští plnohodnotnou náhradu z důvodu, že název PAL-PRO již určuje systém těchto opěrek ovladatelných pouze jednou rukou ve všech směrech.

V Karlových Varech, dne 25. 4. 2018

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.