

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - IV
Část 8 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje
Část 9 veřejné zakázky	Lékařský nábytek
Část 10 veřejné zakázky	Pojízdná křesla
Evidenční č. zakázky:	Z2018-009690
Úřední věstník EU:	2018/S 062-136914
Identifikační údaje zadavatele	
název:	Karlovarský kraj
sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČ:	70891168
právní forma:	veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 9 veřejné zakázky Lékařský nábytek

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položky T-6540 vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 1 STJ s rozměry cca 700/500/800 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku vozíku s obdobnými rozměry 690 x 400 x 880 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Rozměry u této položky jsou v technické specifikaci uvedeny jako orientační. Zadavatel bude akceptovat dodávku vozíku s obdobnými rozměry při zachování předpokládaného lékařského účelu a ostatních specifikovaných vlastností. Rozměry uváděné dodavatelem jsou akceptovatelné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ve výkazu lékařského nábytku a dalšího vybavení včetně technické specifikace dodávky ZŘ4-část 9 uvádí požadavek k položce č. T-6510 – vozík/skříňka pojízdná, dveře, nerez o rozměru cca 790/6520/990 mm. Žádáme zadavatele o upřesnění, zda zadavatel požaduje také dodání polic, popř. v jakém počtu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Ano, součástí dodávky u této položky bude i dodávka polic min. v počtu 3 police.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ve výkazu lékařského nábytku a dalšího vybavení včetně technické specifikace dodávky ZŘ4-část 9 uvádí požadavek k položce č. T-6519 – stolek instrumentační výškově stavitelný, manuální s nohou se 3 rameny. Námí nabízený stolek disponuje manuálně stavitelnou nohou se 4 rameny. Bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto obdobného technického řešení, které odpovídá požadovanému medicínskému účelu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Ano, zadavatel u této položky bude akceptovat dodávku většího počtu ramen, než je uvedeno v technické specifikaci.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ve výkazu lékařského nábytku a dalšího vybavení včetně technické specifikace dodávky ZŘ4-část 9 uvádí u některých položek s rozměrem „cca“. Dále v technické specifikaci zadavatel uvádí průměr koleček 75 mm. Žádáme zadavatele o vyjádření, jaká tolerance je přípustná u „cca“ rozměru. Bude zadavatel akceptovat nabídku obdobného technického řešení s větším či menším průměrem koleček?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14

Rozměry u položek, kde je uvedeno „cca“, jsou v technické specifikaci uvedeny jako orientační. Zadavatel předpokládá u rozměrů toleranci 10 %, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.

U průměru koleček stanoveného v technické specifikaci předpokládá zadavatel možnou odchylku ± 20 mm, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.

Vždy musí být zachován předpokládaný lékařský účel, bezpečnost užívání a ostatní specifikované vlastnosti.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ve výkazu lékařského nábytku a dalšího vybavení včetně technické specifikace dodávky ZŘ4-část 9 uvádí požadavek k položce č. T-6581 – lehátko transportní pro přepravu pacientů uvádí požadavek „.....vrchní část lehátka čalouněná, konstrukci i čalounění možno dezinfikovat, pro snadnou jízdu a manipulaci osazen 2 koly.....“. Žádáme zadavatele o vyjádření, jelikož se domníváme, že administrativní chybou byla uvedena pouze 2 kola, nikoli 4 kola.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

Lehátko transportní bude mít 4 kola. Uváděná 2 kola jsou uvažována otočná s aretací rovného směru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel ve výkazu lékařského nábytku a dalšího vybavení včetně technické specifikace dodávky ZŘ4-část 9 uvádí požadavek k položce č. T-6348 – lehátko vyšetřovací, gynekologické, pojízdné, el. polohovatelné uvádí průměr koleček alespoň 200 mm s centrální brzdou. Námi nabízený přístroj disponuje průměrem koleček 75 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku lehátka s kolečky o standardním průměru 75 mm, která jsou plně vyhovující požadavku na snadnou jízdu a manipulaci?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Z důvodů ovladatelnosti lehátka zadavatel u této položky požaduje dodržet průměr koleček alespoň 200 mm (zadavatel v současné době má lehátka s kolečky i větších průměrů – 250 i 280 mm).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položky T-6230 - podložka pro přesun pacientů, rolovací. Myslím tím zadavatel, že podložka má být rolovací pro uskladnění nebo má podložka disponovat vnitřními válečky, které se při přesunu rolují?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Zadavatel má na mysli systém „rollboard vision“ – používá se k přesunu pacienta z lůžka na operační stůl, patientský vozík, sprchovací vozík apod.

Zadavatel upřesňuje další požadavky na podložku:

- možnost krátce přenášet pacienta pomocí 4 zapuštěných madel,
- možnost použít i na rentgenovém pracovišti,
- použití s povlakem nebo speciální jednorázovou folii (infekční pacienti),
- nosnost cca 200 kg, základní rozměr cca 180x50 cm.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položek T-6500 a T-6503 – s rozměry cca 675/475/800 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku vozíků, které jsou hojně používány v nemocnicích a jen drobně se odlišují svými rozměry (850 x 400 x 880 mm) nebo obdobné typy s rozměry (700 x 480 x 960 mm) nebo obdobné typy s rozměry (850 x 430 x 890) splňující požadovanou technickou specifikaci a medicínský účel a použití?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Rozměry u těchto položek jsou v technické specifikaci uvedeny jako orientační. Zadavatel bude akceptovat nabídku vozíků s obdobnými rozměry při zachování předpokládaného lékařského účelu a ostatních

specifikovaných vlastností. Rozměry uváděné dodavatelem jsou akceptovatelné. Vždy se bude jednat o dodávku vozíků shodných rozměrů pro požadovaný počet kusů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položek T-6501 a T-6502 – s rozměry cca 770/675/800 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku vozíků, které jsou hojně používány v nemocnicích a jen drobně se odlišují svými rozměry (900 x 570 x 890 mm) nebo obdobné typy s rozměry (700 x 480 x 960 mm) nebo obdobné typy s rozměry (890 x 540 x 880) splňující požadovanou technickou specifikaci a medicínský účel a použití?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Rozměry u těchto položek jsou v technické specifikaci uvedeny jako orientační. Zadavatel bude akceptovat nabídku vozíků s obdobnými rozměry při zachování předpokládaného lékařského účelu a ostatních specifikovaných vlastností. Rozměry uváděné dodavatelem jsou akceptovatelné. Vždy se bude jednat o dodávku vozíků shodných rozměrů pro požadovaný počet kusů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položky T-6520 stolec instrumentační výškově stavitelný, hydraulický. Bude zadavatel akceptovat i nabídku stolku, který splňuje požadované parametry s odlišností v tom, že disponuje nohou se 4 rameny, není hydraulický, ale plynový, což je z důvodu eliminace úniku tekutiny lepší řešení a disponuje rozměry 730 x 530 x 800-1200?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 20

Zadavatel u této položky bude akceptovat dodávku většího počtu ramen a jiné médium pro zvedací mechanismus, než je uvedeno v technické specifikaci, i obdobné rozměry stolku při zachování předpokládaného lékařského účelu a ostatních specifikovaných vlastností. Rozměry uváděné dodavatelem jsou akceptovatelné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel požaduje v části 9 dodání položky T-6531 vozík přípravný pro sterilizační kontejnery – 2x1 STJ s rozměry 700/700/800 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku vozíku s obdobnými rozměry 750 x 630 x 880?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21

Zadavatel bude u této položky akceptovat nabídku vozíku s obdobnými rozměry při zachování předpokládaného lékařského účelu a ostatních specifikovaných vlastností. Rozměry uváděné dodavatelem jsou akceptovatelné.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v 9. části požaduje dodání dekontaminačních rohoží (pol. T-5420 a T-5421) o rozměrech, které se, dle našich informací, na trhu nevyskytují. Bude zadavatel akceptovat nabídku dekontaminačních rohoží, které dosáhnou požadovaných rozměrů tím, že se jich nalepí více vedle sebe?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22

Rozměru (plochy) dekontaminačních rohoží požadovaného v technické specifikaci je možno dosáhnout i dodávkou rohoží o jiných rozměrech, které se umístí vedle sebe.


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v části 10 požaduje dodání položky T-6583 křeslo transportní pro přepravu pacientů - střední. Z požadovaného popisu lze předpokládat, že zadavatel požaduje základní, jednoduchý vozík pro jednorázový transport pacientů, nikoliv vozík pro každodenní užívání jednou osobou. V tomto kontextu se ptáme, zda bude zadavatel akceptovat nabídku tohoto vozíku s nosností 115 kg a s pevnými, polstrovanými opěrkami předloktí?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23

U této položky zadavatel trvá na parametrech daných v technické specifikaci. Na trhu jsou tato křesla běžně dostupná.

V Karlových Varech, dne 3. 5. 2018


Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)