



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1

ze dne 8. 6. 2018

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

„Nábytek, výukové pomůcky a vybavení učeben v rámci projektu Modernizace chemické laboratoře“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

mimo režim zadávacích řízení dle ZZVZ

zadavatelem:

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Studentská 1205, 363 01 Ostrov, IČ 49753771

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Vysvětlení, změny nebo doplnění Zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Nábytek, výukové pomůcky a vybavení učeben v rámci projektu Modernizace chemické laboratoře“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Informace č. 1:

Zadavatel upřesňuje dílčí požadavky na následující položky:

1. Položka „Digestoř“ (řádek č. 21 v *Zadávací dokumentaci – souboru Zadávací dokumentace*):

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložení certifikátů o splnění následujících technických norem:

- a) ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011,
- b) ČSN EN 61326 ed. 2:2013
- c) ČSN EN 55011 ed. 3:2010
- d) ČSN EN 61000-3-2 ed. 3:2006
- e) ČSN EN 61000-3-3 ed.3:2014
- f) ČSN EN 14175-2:2003
- g) ČSN EN 14175-3:2004

Zadavatel výslovně umožňuje dodavatelům nabídnout též rovnocenné řešení.

2. Položka „Židle“ (řádek č. 24 v *Zadávací dokumentaci – souboru Zadávací dokumentace*):

Zadavatel upravuje specifikaci položky na následující znění:

„Kovová konstrukce z plochooválu 38 x 20 mm, povrchová úprava konstrukce vypalovací práškovou barvou RAL dle vzorníku, plastový sedák tvarovaný (min. prolis 10 mm, krempa 20 mm, materiál vyfukovaný polypropylen), bez opěráku, plastové kluzáky s možností vložení filcové nebo teflonové vložky. Výška 660 mm, s podnožníkem.“

Informace č. 2:

Zadavatel požaduje v rámci nabídky předložení vzorku nabízeného vybavení k položce „Židle“ (řádek č. 24 v *Zadávací dokumentaci – souboru Zadávací dokumentace*). Zadavatel bude posuzovat splnění požadavků podle specifikace uvedené v rámci Informace č. 1.

Informace č. 3:

Povaha doplnění nebo změn Zadávací dokumentace nevyžaduje, aby zadavatel prodlužoval lhůtu pro podání nabídek.