

VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne
29.10.2014

Naše značka
BY/264/2014

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary
3.11. 2014

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotazy:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: „Příloha č.2 – Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj“

Předmět plnění zakázky:

Část - Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu: „Rozsah vertikálního pojezdu min. 160 cm“.

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat rozsah vertikálního pojezdu 158,4 cm?

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci: „Příloha č.2 – Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj“

Předmět plnění zakázky:

Část - Vyšetřovací stůl: Rozsah výškového nastavení min v rozsahu 55-85 cm

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat stůl s rozsahem výškového nastavení 58-92 cm?

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci: „Příloha č.2 – Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj“

Předmět plnění zakázky:

Část - Vyšetřovací stůl: Příčný pojezd min. v rozsahu +13cm/-13cm

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat příčný pojezd stolu +12,5cm/-12,5cm?

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci: „Příloha č.2 – Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj“

Předmět plnění zakázky:

Část - Vertigraf: Nad zemí max. 39 cm

Dotaz zní: Bude zadavatel akceptovat vertigraf se vzdáleností 40 cm nad zemí?

Odpovědi na dotazy:

Zadavatel se seznámil s dotazy uchazeče a sděluje následující. Dle protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České Republiky platí: „V případě kdy je předmět plnění veřejné zakázky vymezen technickou specifikací, budou vždy uvedeny jen hlavní technické parametry, určující třídu zařízení. Uvedení podrobných technických údajů bude vždy doplněno o toleranční rozsah, a to min. $\pm 10\%$ “. Zadavatel vysvětluje, že tato strategie MZČR, dle vymezení působnosti, se týká přímo řízených organizací ministerstva, ne však Karlovarské krajské nemocnice a.s., která je akciovou společností se 100% vlastníkem, a to Karlovarským krajem. Zadavatel nicméně uvádí, že rozsahy technických parametrů ve své zadávací dokumentaci použil a to v daleko větší míře, než v doporučené toleranci $\pm 10\%$ (např. u dotazu č. 2 se jedná o toleranční rozsah cca 21%). Dále tolerance $\pm 10\%$ má logický matematický smysl (a takto byl i ministerstvem zamýšlen) pro technický parametr uváděný jedním absolutním číslem, což se v uváděných dotazech neobjevuje. Zadavatel použil buď toleranční rozsah a nebo stanovil rozsah technických parametrů stanovením minimálních a nebo maximálních hodnot (stále se však jedná o rozsah, ne o absolutní číslo) na základě detailního a objektivního dodavatelského průzkumu, zcela v souladu s § 45 a §46 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a při dodržování zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Z těchto důvodů zadavatel neakceptuje návrhy uchazeče uvedené pod čísly 1 až 4.

.....
MUDr. Josef März
předseda představenstva