

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V

Část 11 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky	Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky	T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky	T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky	T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkoč lineární
Část 18 veřejné zakázky	T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky	T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky	T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky	T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 28 veřejné zakázky	T-6125 Monitor dechu
Část 29 veřejné zakázky	T-0890_Mikroskop operační ORL

Evidenční č. zakázky:

Z2018-018541

Úřední věstník EU:

2018/S 108-245511

Identifikační údaje zadavatele

název:

Karlovarský kraj

sídlo:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ:

70891168

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 15 veřejné zakázky T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v technické specifikaci T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství požaduje: Operační optika pro hysteroskopie včetně operačního hysteroskopického pláště o průměru 2,5 – 3,5 mm s úhlem pohledu 0° v délce cca 300 - 330 mm.

Bude zadavatel akceptovat operační hysteroskopickou optiku o průměru 2,9 mm s úhlem pohledu 30°, která se standardně pro hysteroskopické vyšetření používá? A požaduje zadavatel u příslušného operačního hysteroskopického pláště i pracovní kanál alespoň pro 5ti Fr. nástroje?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Ano, zadavatel bude akceptovat operační hysteroskopickou optiku o průměru 2,9 mm (odpovídá zadanému rozpětí) s úhlem pohledu 30°.

V technických specifikacích je u zadání úhlu pohledu v hodnotě 0° administrativní chyba (vypadla číslice 3) – správně má být: „s úhlem pohledu 30°“.

Zadavatel požaduje jako součást dodávky u příslušného operačního hysteroskopického pláště i pracovní kanál alespoň pro 5ti Fr. nástroje.

V Karlových Varech, dne 28. 6. 2018

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

Karlovarské krajské nemocnice a.s.