

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V
Část 11 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky	Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky	T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky	T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky	T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky	T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky	T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky	T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky	T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 28 veřejné zakázky	T-6125 Monitor dechu
Část 29 veřejné zakázky	T-0890_Mikroskop operační ORL

Evidenční č. zakázky: **Z2018-018541**  
Úřední věstník EU: **2018/S 108-245511**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**  
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**  
IČ: **70891168**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### **Část 11 veřejné zakázky Zdravotnické přístroje 2**

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel pro část 11 v dokumentu „Formulář technických specifikací dodávky“ pro položku „T-1525\_Lampa pro fototerapii, mobilní s LED světlem“ požaduje mimo jiné požadavek „Světelný výkon lampy při vzdálenosti 50 cm od pacienta minimálně 50  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “. Námí standardně nabízený přístroj disponuje výkonem cca 30  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ . Bude zadavatel akceptovat nabídku lampy pro fototerapii o výkonu 30  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7**

Ne, zadavatel nebude akceptovat nabídku lampy pro fototerapii o výkonu 30  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$  – toto je snížení parametru stanoveného v zadávacích podmínkách o 40%.

#### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel pro část 11 v dokumentu „ZR5\_cast\_11\_vykaz“ uvádí položky „T\_6600 - váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná (počet kusů 8)“ a „T\_6601 - váha kojenecká digitální + metr (počet kusů 2)“.  
Rozumíme tomu správně, že položka „T\_6600 - váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná“ má být dodána cejchovaná, zatímco položka „T\_6601 - váha kojenecká digitální + metr“ ocejchovaná být nemusí?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**

Zadavatel požaduje dodání cejchovaných vah u obou položek.

U položky „T-6600 - váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná“ požaduje zadavatel tzv. cejchuschopnost - validovatelnost ČMI - což je na váze již od výrobce vyznačeno metrologickým symbolem (viz Formulář technických specifikací dodávky).

U položky „T-6601 - váha kojenecká digitální + metr“ tuto schopnost zadavatel nepožaduje - tato váha není označena metrologickým symbolem.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Zadavatel pro část 11 v dokumentu „ZŘ5\_cast\_11\_Specifikace\_T-6600\_Váha kojenecká digitální + metr, cejchuschopná“ uvádí mimo jiné i požadavek na zobrazení váhy na čitelném, podsvíceném displeji s výškou číslic minimálně 18 mm. Námi nabízené váhy disponují dobře čitelným displejem bez podsvícení. Bude zadavatel akceptovat toto nabízené řešení, které nemá vliv na medicínský účel a použití?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9**

Zadavatel akceptuje dodání váhy s čitelným displejem bez podsvícení při zachování předpokládaného medicínského účelu a ostatních specifikovaných vlastností.

V Karlových Varech, dne 28. 6. 2018

**Mgr. David Braeháček**  
místopředseda představenstva  
Karlovarské krajské nemocnice a.s.