

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V
Část 11 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky	Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky	T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky	T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky	T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkoč lineární
Část 18 veřejné zakázky	T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky	T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky	T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky	T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 28 veřejné zakázky	T-6125 Monitor dechu
Část 29 veřejné zakázky	T-0890_Mikroskop operační ORL

Evidenční č. zakázky: **Z2018-018541**
Úřední věstník EU: **2018/S 108-245511**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**
IČ: **70891168**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 12 veřejné zakázky Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T – 4132_termostat malý na gel, požadavek na ohřev v rozsahu 100°C

Standardně nemají termostaty teplotní rozsah 100°C, neboť v praxi se tato teplota nevyužívá. Žádám zadavatele, aby snížil teplotní rozsah ohřevu do 80°C.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadávací dokumentace stanovuje v tomto parametru: „Ohřev v rozsahu do 100°C“. Zadavatel bude akceptovat teplotní rozsah do 80°C při zachování předpokládaného medicínského účelu a ostatních specifikovaných vlastností.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T-5131_sterilizátor horkovzdušný stolní

Zadání poukazuje na konkrétní výrobky – sterilizátory Stericell od BMT.

<http://www.bmt.cz/stericell-42>

Žádáme zadavatele, aby upravil zadání tak, aby bylo v souladu se zákonem a umožňovalo hospodářskou soutěž.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dle průzkumu zadavatele splňují stanovené parametry přístroje dodávané více dodavateli a to jak v České republice, tak i na jednotném trhu Evropské unie. Hospodářská soutěž není zadavatelem omezena. Parametry stanovené v zadávací dokumentaci odpovídají potřebám provozovatele nemocnice.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T-5135 sterilizátor horkovzdušný stolní

Zadání poukazuje na konkrétní výrobky – sterilizátory Stericell od BMT.

<http://www.bmt.cz/stericell-42>

Žádáme zadavatele, aby upravil zadání tak, aby bylo v souladu se zákonem a umožňovalo hospodářskou soutěž.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dle průzkumu zadavatele splňují stanovené parametry přístroje dodávané více dodavateli a to jak v České republice, tak i na jednotném trhu Evropské unie. Hospodářská soutěž není zadavatelem omezena. Parametry stanovené v zadávací dokumentaci odpovídají potřebám provozovatele nemocnice.

V Karlových Varech, dne 28. 6. 2018

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

Karlovarské krajské nemocnice a.s.