

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky	Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - V
Část 11 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 2
Část 12 veřejné zakázky	Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
Část 13 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 3
Část 14 veřejné zakázky	Zdravotnické přístroje 4
Část 15 veřejné zakázky	T-0851 Endoskopická věž laparoskopická vč. příslušenství
Část 16 veřejné zakázky	T-0852 Kolposkop
Část 17 veřejné zakázky	T-1010 Pumpa infuzní, T-1015 Dávkovač lineární
Část 18 veřejné zakázky	T-1101 Ventilátor transportní
Část 25 veřejné zakázky	T-1107 Přístroj resuscitační neopuff
Část 26 veřejné zakázky	T-1155 Svářečka sterilizačních obalů
Část 27 veřejné zakázky	T-6102 Postýlka dětská polohovatelná, postranice, ložná plocha 550x1100 mm
Část 28 veřejné zakázky	T-6125 Monitor dechu
Část 29 veřejné zakázky	T-0890_Mikroskop operační ORL

Evidenční č. zakázky: **Z2018-018541**
Úřední věstník EU: **2018/S 108-245511**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**
IČ: **70891168**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Část 12 veřejné zakázky Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T – 4132_termostat malý na gel, požadavek na ohřev v rozsahu 100°C

Standardně nemají termostaty teplotní rozsah 100°C, neboť v praxi se tato teplota nevyužívá. Žádám zadavatele, aby snížil teplotní rozsah ohřevu do 80°C.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T-5131_sterilizátor horkovzdušný stolní

Dle zadání má být kapacita komory cca 200 litrů. Žádáme zadavatele o stanovení procentuální tolerance tak, aby se dal vyvodit akceptovatelný rozsah objemu přístroje.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci v technických specifikacích dodávky kapacitu komory cca 220 litrů. Zadavatel stanovuje toleranci kapacity komory do +-20 %, tj. v rozmezí 176 - 264 litrů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz k technické specifikaci požadovaných přístrojů:

T-3907_ čistička ultrazvuková, celonerezové provedení

Ultrazvukové čističky, které mají funkci SWEEP a přepínání ultrazvukové frekvence, mají daleko menší objem vany.

Žádám zadavatele, aby zvážil, zda potřebuje tak velkou vanu a přepínání frekvence.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Zadavatel zvážil velikost objemu vany ultrazvukové čističky dle referencí z jiných pracovišť provozovatele nemocnice a akceptuje velikost objemu misky minimálně 20 litrů s funkcí SWEEP bez přepínání frekvence.

V Karlových Varech, dne 29. 6. 2018

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva
Karlovarské krajské nemocnice a.s.