

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XI**
Část 39 veřejné zakázky **Chladicí a mrazicí zařízení**

Evidenční č. zakázky: **Z2018-022591**
Úřední věstník EU: **2018/S 131-298335**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**
IČ: **70891168**
právní forma: **veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Položka T-8002 – Chladnička LAB

Dle obchodních podmínek je záruka na všechny přístroje 24 měsíců, což je standard u těchto přístrojů. U tohoto jednoho typu přístroje je v technické specifikaci požadována záruka 5 let. Trvá zadavatel na tomto požadavku?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na požadavku záruky 5 let netrvá. Záruční doba bude v souladu s obchodními podmínkami 24 měsíců.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Položka T-8003 – Chladnička LAB

Můžou být police i plné, nerezové, při zachování možnosti výškového nastavení? Máme v nabídce přístroj, který splňuje technické požadavky, není však zdravotnickým prostředkem. Trvá zadavatel na požadavku, aby přístroj splňoval direktivu 93/42/EEC?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Alternativně může být nabídnuta chladnička s plnými nerezovými policemi při zachování všech ostatních technických parametrů.

Na požadavku, aby chladnička splňovala direktivu 93/42/EEC zadavatel netrvá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Položka T-8004 – Chladnička s mrazákem (-20°C) LAB

Máme v nabídce přístroj, který splňuje všechny technické požadavky, není však zdravotnickým prostředkem. Trvá zadavatel na požadavku, aby přístroj splňoval direktivu 93/42/EEC?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Na požadavku, aby chladnička s mrazákem splňovala direktivu 93/42/EEC zadavatel netrvá.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Položka T-8049 – Mrazák (-20°C) LAB

Máme v nabídce přístroj, který splňuje všechny technické požadavky, není však zdravotnickým prostředkem. Trvá zadavatel na požadavku, aby přístroj splňoval direktivu 93/42/EEC?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Na požadavku, aby mrazák splňoval direktivu 93/42/EEC zadavatel netrvá.

Zadavatel v souladu s § 98 ZZVZ poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel změnil Formuláře technických specifikací dodávky pro:

T-8002_Chladnička LAB,

T-8003_Chladnička LAB,

T-8004_Chladnička s mrazákem (-20 C) LAB,

T-8005_Chladnička pro uložení transfuzních prostředků,

T-8040_Mrazák podstavný (-25 C) LAB,

T-8048_Mrazák pro uložení transfuzních prostředků a

T-8049_Mrazák (-20 C) LAB,

kdy dochází k úpravě technických požadavků a dalších požadavků na tyto spotřebiče, zohledňujících výše uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Nové Formuláře technických specifikací dodávky jsou uveřejněny na profilu zadavatele a jsou v názvu dokumentu označeny odkazem na datum změny:_změna 20180807.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změny ZD, které mohou rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny ZD k uveřejnění činila lhůta pro podání nabídek minimálně celou svou původní délku

V Karlových Varech, dne 7. 8. 2018

Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva

Karlovarské krajské nemocnice a.s.