

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
15.8.2018 a 27.8.2018Naše značka
BY/176/2018Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119Karlovy Vary
30.8.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 29**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 16. 07. 2018 pod evidenčním číslem zakázky Z2018-023316

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 29“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatele se uvádí: „Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě“
Při použití neutrální elektrody při monopolární koagulaci či řezu je z hlediska bezpečnosti pro pacienta nutná kontrola správného kontaktu plochy neutrální elektrody s kůží pacienta. Jinak může dojít k jeho popálení. K zajištění automatické kontroly je nutná dělená elektroda a běžně se používá měření impedance dělené neutrální elektrody. Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě je irelevantní.

Připouští zadavatel spolehlivou variantu permanentního monitorování správného kontaktu neutrální elektrody s kůží pacienta pomocí běžně používaného a osvědčeného způsobu měření impedance dělené neutrální elektrody?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci zadavatele se uvádí: „U všech typů řezu a koagulace možnost nastavení efektu (min. čtyři stupně) a omezení výkonu plynule po kroku“
Moderní přístroje s funkcí automatické regulace výstupního výkonu, s ohledem na měnící se impedanci koagulované či řezané tkáně, nabízejí vhodné řešení i s menším počtem nastavení efektu při zajištění stejného medicínského efektu na tkáň.

Připouští zadavatel nastavení i menšího počtu než minimálně čtyř požadovaných stupňů efektu u všech typů řezu a koagulace, při zajištění minimálně stejného medicínského efektu na tkáň? Podle našich informací není zadavatelem uvedený požadavek schopen splnit žádný výrobek na našem trhu.

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle provedeného průzkumu trhu minimálně 2 dodavatelé tento požadavek splňují. Poptávané přístroje jsou určeny pro Centrální operační sály, kde se provádí široká škála operačních zákroků napříč mnoha obory a pracuje zde mnoho lékařů-operatérů. Z tohoto důvodu požadujeme přístroje, které jsou univerzální a které tím pádem nabízí dostatečné množství efektů a také nastavení po kroku 1 Watt, aby mohly být splněny nároky co nejvíce operatérů a oborů. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje:

Aktivní výstupní zdířky min. 4

Zastupujeme renomovanou značku na poli elektrochirurgických vysokofrekvenčních generátorů, která na základě dlouhodobých zkušeností z praxe nabízí přístroje se 3 aktivními výstupními zdířkami na generátoru a v případě potřeby lze rozšířit generátor o modul s dalšími 2 aktivními zdířkami.

Připustí zadavatel nabídku výše uvedeného generátoru 3 aktivními výstupními zdířkami?

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje:

Výstupy pro připojení pracovních nástrojů bipolárních 2


Může dodavatel nabídnout přístroj s 2 monopolárními aktivními výstupními zdířkami a 1 bipolární aktivní výstupní zdířkou? V případě potřeby lze rozšířit generátor o modul s dalšími 2 aktivními (monopolár/bipolár) zdířkami. Bude zadavatel akceptovat nabídku takového přístroje?

Odpověď na dotaz č. 3 a 4:

Požadované elektrochirurgické generátory budou používány na Centrálních operačních sálech, kde se využívají také při velmi složitých operačních zákrocích, u kterých se používá více bipolárních nástrojů a je třeba je mít k dispozici bez nutnosti přepojování. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na původním požadavku min. 4 aktivních zdířek a nesouhlasí s možností rozšíření o další modul.

Zadavatel dále upozorňuje, že zkracuje termín pro dodání předmětu plnění (zboží), a to z 12ti týdnů na **6 týdnů**. V tomto smyslu přikládá zadavatel i opravenou přílohu č. 4 – Návrh kupní smlouvy verze_30.8.2018 (článek 3., bod 3.2).

Současně zadavatel informuje o **změně termínu pro podání nabídek**, a to na **4.10.2018 do 10:00 hod.**


.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení**Přílohy:**

Příloha č. 4 – Kupní smlouva_verze 30.8.2018