

## Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), v otevřeném podlimitním řízení v souladu s § 56 ZZVZ, s názvem

# „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZS KVK“

Toto zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2018-032128

1

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

Zadavatel nevyžaduje elektronické podepsání podané nabídky. Dodavatel či účastník řízení je však povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz/registrace.html>

Registrace v E-ZAK není zpoplatněna. K provedení registrace je elektronický podpis nutný, a pokud jím dodavatel nedisponuje, může vyzvat zadavatele k jeho předregistraci prostřednictvím e-mailové adresy: [petra.hnatkova@zzskvk.cz](mailto:petra.hnatkova@zzskvk.cz)

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.kr-karlovarsky.cz>

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce, nebo v případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), tel. 538 702 719.

## Obsah

Obsah .....	2
1. Identifikační údaje zadavatele.....	3
2. Vymezení plnění veřejné zakázky, předpokládaná hodnota.....	3
3. Doba a místo plnění.....	4
4. Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka .....	4
5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky .....	7
6. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek .....	7
7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby.....	7
8. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky.....	7
9. Pravidla pro hodnocení nabídek.....	8
10. Obchodní podmínky .....	8
11. Poskytování informací .....	9
12. Přístup k zadávací dokumentaci .....	9
13. Zadávací lhůta.....	9
14. Uzavření smlouvy .....	9
15. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku.....	9
Přílohy.....	11

## 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: **Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 00574660  
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Smetana, ředitel  
Profil zadavatele: [https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile\\_display\\_69.html](https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html)

## 2. Vymezení plnění veřejné zakázky, předpokládaná hodnota

2.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

33182100-0 defibrilátor  
33157400-9 zdravotnické dýchací přístroje

2.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka transportních monitorů/defibrilátorů a plicních ventilátorů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

### Část A. Dodávka transportních monitorů/defibrilátorů

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka transportních monitorů/defibrilátorů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v počtu 5 ks, v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.

### Část B. Dodávka plicních ventilátorů

Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka plicních ventilátorů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, v počtu 2 ks, v souladu s požadavky zadávacích podmínek, zejm. dle specifikace uvedené v příloze č.3 této výzvy.

2.3. Účastník může podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Smlouva bude uzavřena jedním nebo maximálně dvěma účastníky s tím, že veškeré smluvní podmínky jsou vymezeny v této smlouvě.

2.4. **Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.578.512,60 Kč bez DPH**

Předpokládaná hodnota části A: 2.066.115,70 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota části B: 512.396,69 Kč bez DPH

2.5. V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky, jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti těchto výrobků příslušnými doklady.

### 3. Doba a místo plnění

#### 3.1. Předpokládané termíny plnění:

Předpokládaná doba zahájení je závislá na ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným účastníkem. Uzavření smlouvy se předpokládá do 11/2018, přičemž předmět plnění bude dodán do 45 dnů od účinnosti smlouvy.

3.2. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary.

### 4. Rozsah požadavku zadavatele na kvalifikaci účastníka

#### 4.1. Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zaházeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí základní způsobilost splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí základní způsobilost splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky závodu.

#### Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje dle § 75 ZZVZ splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením následujících dokladů:

- výpisu z evidence Rejstříků trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- potvrzení příslušného finančního úřadu § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

#### 4.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dále zadavatel požaduje předložit doklad, že dodavatel je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiný právní předpis takové oprávnění vyžadují.

Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději do 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

#### 4.3. Ekonomická kvalifikace

V souladu s § 78 ZZVZ Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele nebo obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky dosahoval:

- **Pro část A.** - min. 2.000.000,- Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.
- **Pro část B.** - min. 500.000,- Kč, a to nejdéle za 3 bezprostředně předcházející účetní období; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

#### Prokázání ekonomické kvalifikace

Dodavatel prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele.

5

#### 4.4. Technická kvalifikace

V souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží:

- a) seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
- b) popisy a fotografie předmětu plnění určeného k dodání
- c) doklady – osvědčení o certifikaci nebo homologaci předmětu plnění

#### Prokázání technické kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technickou kvalifikaci předložením:

- a) Seznamu významných dodávek obdobného charakteru realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Z předloženého seznamu musí vyplývat, že dodavatel v uvedeném období realizoval:
  - Pro část A. – nejméně 3 zakázky na dodávku transportních monitorů/defibrilátorů, kde vyčíslená hodnota činí min 2.000.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně.
  - Pro část B. - nejméně 3 zakázky na dodávku transportních monitorů/defibrilátorů, kde vyčíslená hodnota činí min 500.000,-Kč bez DPH za každou zakázku samostatně.
- b) Podrobné technické specifikace s popisy a fotografiemi každého jednotlivého nabízeného zařízení či vybavení tak, aby bylo možné posoudit, zda nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
- c) Prohlášení o shodě

#### 4.5. Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů

Účastníci mohou předložit zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

a) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a

b) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost.

Účastník může rovněž prokázat splnění kvalifikace nebo její části certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů. Nejdelší přípustná platnost certifikátu je jeden rok od jeho vydání. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

#### 4.6. Další podmínky pro prokázání splnění kvalifikace

##### - Prokazování splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Zadavatel může požadovat nahrazení poddodavatele, který neprokáže splnění zadavatelem požadovaných kritérií způsobilosti nebo u kterého zadavatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 ZZVZ. V takovém případě musí dodavatel poddodavatele nahradit nejpozději do konce zadavatelem stanovené přiměřené lhůty.

##### - Společná nabídka několika dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů doloží tito v nabídce, že ponесou odpovědnost za nabídku společně a nerozdílně.

##### - Doklady předkládané zadavateli před podpisem smlouvy

Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Nepředložení těchto údajů, dokladů je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

##### - Doklady prokazující splnění kvalifikace

Účastník v rámci své nabídky předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

Před uzavřením smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy dle § 86 odst. 3 ZZVZ.

Dokumenty vyhotovené v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být opatřeny úředním překladem do českého nebo slovenského jazyka. **Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se tedy nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.**

## 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

### 5.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, a to za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací včetně všech jejích příloh a bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení, zprovoznění a předání díla či dodávek nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen v daném oboru i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění:

- celková cena díla v Kč bez DPH,
- vyčíslení DPH a
- celková cena díla včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy – viz příloha č. 2 zadávací dokumentace a na krycím listu nabídky – viz příloha č. 1 zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

### 5.2 Platební podmínky

Platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy.

## 6. Místo pro podávání nabídky, doba, v níž lze nabídky podat, místo a termín otevírání obálek

6.1. Nabídky mohou účastníci doručit osobně do sekretariátu Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvkové organizace, nebo doporučeně poštou na adresu:

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace  
Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary.

6.2. Nabídky musí být zadavateli doručeny do **17.10.2018 do 10:00** hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí požadováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele.

6.3. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **17.10.2018 v 10:00** hodin v budově sídla zadavatele v prostorách kanceláře veřejných zakázek č. 305Z. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci účastníků. Zástupci se prokáží plnou mocí vystavenou oprávněným zástupcem účastníka; v případě, že je zástupce statutárním orgánem dodavatele, pak průkazem totožnosti.

## 7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky a kontaktní osoby

7.1. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se vzhledem k předmětu plnění veřejné zakázky neorganizuje

7.2. Kontaktní osobou ve věcech formální stránky zadávacího řízení je Ing. Petra Hnátková, ☎ 353 362 519 a ve věcech odborné problematiky Mgr. Miloš Kukačka, DiS., ☎ 353 362 518.

## 8. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

8.1. Nabídky podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

- Pro část A. - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část A“ – NEOTEVÍRAT NABÍDKA.
- Pro část B. - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část B“ – NEOTEVÍRAT NABÍDKA.
- Pro obě části - „Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů – část A+B“ – NEOTEVÍRAT NABÍDKA.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem účastníka. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou.

Na obálce bude dále uvedena adresa účastníka.

## 8.2. Zadavatel doporučuje seřazení nabídky do těchto oddílů:

- **Krycí list nabídky** (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace)
- **Obsah nabídky**
- **Prokázání kvalifikace**
- **cenová nabídka** – položková kalkulace nabídkové ceny v členění dle technické specifikace obsažené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, která bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za účastníka.
- **Návrh smlouvy** – podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka či za účastníka. Účastník použije závazný vzor návrhu smlouvy a doplní jej o požadované údaje.
- **Seznam poddodavatelů** – účastník uvede výčet všech poddodavatelů na dodávky a služby. Dále uvede rozsah věcného plnění na realizaci zakázky u těchto poddodavatelů. V případě, že účastník nebude v rámci svého plnění využívat **poddodavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení.**
- **Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení** (viz příloha č. 4)
- **Případně další přílohy a doplnění nabídky**

8

## 9. Pravidla pro hodnocení nabídek

9.1. Zadavatel, v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ, stanovil pro zadání veřejné zakázky:

- Pro část A. - ekonomickou výhodnost hodnocenou podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.**
- Pro část B. - ekonomickou výhodnost hodnocenou podle **nejnižší nabídkové ceny v Kč vč. DPH.**

9.2. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč včetně DPH.

Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH od nejvyšší až po nejnižší hodnotu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

## 10. Obchodní podmínky

10.1. Veškeré obchodní podmínky včetně platebních, sankčních, záručních a dodacích jsou uvedeny ve vzorové smlouvě, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, a které budou sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky. Návrh smlouvy musí být součástí nabídky účastníka a musí být podepsán oprávněným zástupcem účastníka. Návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této dokumentaci.

10.2. Zadavatel připouští pouze následující úpravy návrhu smlouvy:

- doplnění identifikačních údajů účastníka;
- doplnění finančních částek smluvní ceny.



## 11. Poskytování informací

- 11.1. V případě, že se během lhůty k podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změní se termín dodání, změní se parametr požadovaného plnění apod., zadavatel sdělí tyto změny všem známým dodavatelům a uveřejní tyto informace také na profilu zadavatele.
- 11.2. Dodavatel je, v souladu s § 98 ZZVZ, oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- 11.3. Při vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele, všem známým dodavatelům, a to nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti dle § 98 odst. 4 ZZVZ.

## 12. Přístup k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh, bude ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, zveřejněna na profilu zadavatele: [https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile\\_display\\_69.html](https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_69.html)

## 13. Zadávací lhůta

- 13.1. Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, v délce **3 měsíců** ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.
- 13.2. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

## 14. Uzavření smlouvy

- 14.1. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli doklady a informace dle § 122, odst. 3 ZZVZ.
- 14.2. Smlouva bude uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zakazu uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.
- 14.3. Pokud dojde k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek.

## 15. Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku

- 15.1. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky dle § 102 ZZVZ.
- 15.2. Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, však může být poddodavatelem více účastníků v tomtéž zadávacím řízení.
- 15.3. Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.
- 15.4. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 15.5. Zadavatel vyloučí dle § 48 odst. 7 ZZVZ vybraného dodavatele zadávacího řízení, který je českou akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

U vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, bude zadavatel postupovat dle § 48 odst. 9 ZZVZ.

15.6. U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle § 122 odst. 4 ZZVZ.

Nepodaří-li se zadavateli zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, je vybraný dodavatel povinen identifikovat skutečné majitele dokumenty dle § 122 odst. 5 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje, že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem právnická osoba, u níž zadavatel nedohledal informaci o skutečném majiteli, musí takový dodavatel před podpisem smlouvy předložit:

- a) výpis z evidence obdobné evidenci údajů o skutečném majiteli; nebo
- b) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- c) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
  - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  - seznam akcionářů,
  - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
  - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nepředložení těchto údajů nebo dokladů je důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Karlovy Vary dne 19.9.2018

10

.....

MUDr. Jiří Smetana

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,  
příspěvková organizace

#### **Přílohy:**

1. Krycí list nabídky
2. Návrh kupní smlouvy
3. Technická specifikace
4. Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení

## Krycí list nabídky

na akci:

### **Dodávka transportních defibrilátorů a plicních ventilátorů pro ZZZS KVK**

#### Údaje o účastníkovi

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	
Sídlo Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu	
Právní forma	
IČO	
Telefon	
E-mail	
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky a kontakt	

11

#### Cenová nabídka část A<sup>\*)</sup>

Nabídková cena bez DPH		Kč
<i>Celkem DPH</i>		Kč
<b><i>Celková cena včetně DPH</i></b>		Kč

#### Cenová nabídka část B<sup>\*)</sup>

Nabídková cena bez DPH		Kč
<i>Celkem DPH</i>		Kč
<b><i>Celková cena včetně DPH</i></b>		Kč

\*)nehodící se škrtněte

V ..... dne .....

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce účastníka

## Technická specifikace

Obsah:

1. technická specifikace část A.
2. technická specifikace část B.

### 1. Technická specifikace – část A. Transportní monitor/defibrilátor

minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

#### Popis současného stavu

V současné době disponuje Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v rámci svého přístrojového vybavení transportními monitory/defibrilátory typu **Corpuls 3 a LIFEPAK 12 a LIFEPAK 15**. Za účelem vyhodnocování dat má organizace k dispozici software typu **CodeStat**, který je schopen vyhodnocovat data defibrilátorů **LIFEPAK 12 a LIFEPAK 15** a v rámci projektu Časná defibrilace v Karlovarském kraji data pořízená z automatizovaných externích defibrilátorů **LIFEPAK 1000**.

Pro elektronické předávání dat v rámci e-Health je využíván informační systém mobilního zadávání dat **EMD Systém mobilní podpory ZZS**. Tento Informační systém pro mobilní podporu výjezdových skupin ZZS umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS informace k výjezdu a umožňuje mobilní elektronickou administrativní činnost.

12

#### SPECIFIKACE PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- ovládací prvky v českém jazyce
- maximální hmotnost přístroje do 12 kg včetně provozních baterií a veškerého příslušenství potřebného pro provoz přístroje
- provozní teplota přístroje vhodná pro venkovní i vnitřní použití v podmínkách poskytování přednemocniční neodkladné péče
- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789, ochrana proti prachu a vodě (min. IP 44), odolnost proti vibracím pro pozemní vozidla
- minimálně 8" barevný displej, podsvícený, s velmi dobrou viditelností i při slunečním osvětlení
- **Součástí přístroje je 1 sada dobíjejících Li-Ion baterií v počtu kusů zajišťující plnou funkčnost a maximální deklarovaný výkon přístroje. Minimální životnost baterií 2 roky.**
- informace o zbývajícím kapacitě a stavu baterie zobrazené na obrazovce přístroje, **dále je možné zobrazení indikace stavu i na těle baterie**
- plná funkčnost baterií a přístroje mimo možnost dobíjení v délce trvání nejméně 6 hodin a s možností podání nejméně 100 výbojů o maximální energii
- sada kompletního provozního příslušenství, kabeláže a snímačů
- návod k obsluze a prohlášení o shodě v českém jazyce
- ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství s **popruhem** přes rameno

- certifikovaný bezpečností držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou
- součástí dodávky bude dobíjecí systém ke každému přístroji, zajišťující nabíjení baterií a napájení přístroje ve vozidle z elektrické sítě 12Vss a bezproblémové odpojení přístroje od nabíjení

#### SPECIFIKACE MONITORACE, DEFIBRILACE A KARDIOSTIMULACE - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor možností volitelně regulovat energii, s eskalací výboje min do 200J
- bezpečnostní defibrilační přitlačné elektrody (pádla) s integrovanou možností ovládání velikosti výboje, nabíjení a podání defibrilačního výboje
- manuální defibrilace / stimulace s možností využití multifunkčních samolepících elektrod pro dospělé, děti a novorozence
- monitorace pacientů všech věkových kategorií
- současné zobrazení křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, z toho minimálně možnost sledovat současně křivku EKG, SpO<sub>2</sub> a EtCO<sub>2</sub> s čitelným zobrazením všech měřených hodnot
- neinvazivní měření krevního tlaku: manuální/automatické měření se zobrazením číselné hodnoty
- měření srdeční frekvence/minutu
- 3 a 12ti svodové EKG, 12ti svodové EKG včetně záznamu tisku a vyhodnocení (interpretace)
- SpO<sub>2</sub> (pulzní oxymetrie) číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty
- monitorace vydechovaného CO<sub>2</sub> (EtCO<sub>2</sub>), číselná hodnota a křivka
- veškerá potřebná kabeláž
- prstový klip pro opakované měření SpO<sub>2</sub> – dospělí, tlaková manžeta, sada samolepících defibrilačních / stimulačních elektrod, kabel EKG pro měření 12ti svodového EKG, sada pro měření CO<sub>2</sub>, náhradní termopapír
- viditelné světelné alarmy
- zvuková signalizace alarmů
- poloautomatická externí defibrilace se systémem doporučení výboje včetně protokolu dle ERC Guidelines 2015 s možností snadné úpravy při změně ERC Guidelines
- akustický metronom pro správnou frekvenci kompresí hrudníku, nastavitelný pro intubovaného i neintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
- neinvazivní kardiostimulace přes minimálně s režimy synchronní / asynchronní s využitím samolepících defibrilačních elektrod

13

#### SPECIFIKACE: TISK, TRENDY A PŘENOSY DAT- minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- tiskárna s termotiskem, šířkou papíru minimálně 80 mm a bezúdržbovým provedením
- možnost tisku 12ti svodového EKG, minimálně 3 křivky nad sebou
- trendy životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů včetně možnosti vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP a CO<sub>2</sub>
- schopnost přenosu dat přístroje ze zdrojové databáze, tzn. ukládání dat v paměti defibrilátoru s možností následného tisku záznamu resuscitace pro potřeby dokumentace a

s možností přenesení těchto zdrojových dat z přístroje do stávajícího softwaru pro vyhodnocení dat.

- Schopnost přenosu dat nabízeného přístroje do systému mobilního zadávání dat zadavatele, a to pomocí přímého propojení kabelem nebo jiným způsobem, včetně dodání příslušných licencí a softwarových úprav.
- možnost přenosu 12ti svodového EKG a ostatních naměřených hodnot, možnost zasílání či zobrazování EKG křivek a naměřených hodnot na definovaná cílová místa (zdravotnická zařízení) u EKG v diagnostické kvalitě

#### DALŠÍ POŽADAVKY - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- předložení seznamu autorizovaných servisů v ČR
- zdarma proškolení členů výjezdových skupin v ovládnání a údržbě přístroje
- dodané přístroje musí být kompletní a funkční včetně příslušenství
- předvedení na vyžádání:
  - přenos dat do stávajícího softwaru zadavatele pro vyhodnocení dat
  - přenos dat do stávajícího informačního systému mobilního zadávání dat

### **3. Technická specifikace – část B. Plicní ventilátor**

#### SPECIFIKACE PŘÍSTROJE - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- transportní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby a využití v sanitním voze
- hmotnost s baterií, taškou a integrovaným nosným systémem pro 2L O<sub>2</sub> lahev maximálně 5,7 kg
- výdrž baterie minimálně 8 hodiny provozu při standardní ventilaci
- barevná obrazovka s min. rozměrem 4 palce, **zobrazené informace čitelné ve všech pracovních polohách přístroje**
- použitelnost přístroje pro děti a dospělé
- typ ochrany min. IP 34
- možnost použití jednorázových ventilačních okruhů
- ovládnání a popisy v českém jazyce

14

#### SPECIFIKACE VENTILAČNÍHO REŽIMU A UMĚLÉ PLICNÍ VENTILACE - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- Dechový objem 100 – 2000 ml plynule nastavitelný
- Inspirační čas 0,2 – 10 s
- Tlaková podpora 0 – 35 mbar relativní k PEEP
- Parametr PEEP (pozitivní přetlak na konci expirace) s možností nastavení od 0 do 20 mbar přímo na ovládacím panelu přístroje
- Plně řízené ventilační režimy:
  - a) objemově řízená ventilace (VC - volume control)
  - b) plně řízená umělá plicní ventilace (UPV) pacientů bez spontánní dechové aktivity
- Podpůrné ventilační režimy:

- a) objemově řízená ventilace s podpůrnými prvky pro pacienty uplatňující i svou dechovou aktivitu (zejména SIMV+PS - synchronní intermitentní mandatorní ventilace s tlakovou podporou spontánně triggerovaných dechů)
- b) možnost režimu CPAP + PS (trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách s možností nastavení tlakové podpory (PS) spontánního dechu triggerovaného pacienta v nastavitelné úrovni nad úroveň PEEP (v tomto požadavku myšleno jako CPAP), určený především pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV) maskou u spontánně ventilujících pacientů například s tracheotomií)
- c) KPR režim

**DALŠÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY** - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- Nastavení koncentrace kyslíku 100% nebo směs
- Nastavitelný poměr inspiria ku expiriu (I:E) minimálně od 1:4 po 4:1
- Monitorace ventilačních parametrů
  - a) minutový objem
  - b) nastavená dechová frekvence
  - c) spontánní dechová frekvence
  - d) poměr I:E
  - e) flow
  - f) Ppeak a Pmean
  - g) PEEP
  - h) Vt exp.
- Nastavitelný trigger pro podporované spontánní dechy
- Akustické a optické alarmy:
  - a) při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi
  - b) při přerušení přívodu el. energie
  - c) při vybíjení baterie
  - d) při nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách
  - e) při apnoe
  - f) při vysoké frekvenci spontánního dýchání pacienta
  - g) při úniku (rozpojení systému)
  - h) při chybném nastavení parametrů
- Alarmová hlášení řazena podle jejich významu
- Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě.

15

**PŘÍSLUŠENSTVÍ** - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- **Certifikovaný** držák přístroje pro instalaci do vozidla
- Integrovaný nosný systém pro 2L lahev O<sub>2</sub>
- Požadované příslušenství ke každému přístroji:
  - a) 10 ks jednorázových ventilačních okruhů
  - b) tlaková hadice na O<sub>2</sub> délka 2m
  - c) maska pro neinvazivní plicní ventilaci
- Transportní nabíječka DC/DC 12 – 28 V
- Baterie Li-ion s provozem přístroje minimálně 8 hodin

- Testovací plíce

**DALŠÍ POŽADAVKY** - minimální akceptovatelné požadavky zadavatele

- Doprava do místa plnění
- Instalace vyškolenými technikami
- Uvedení do provozu s předvedením funkčnosti
- Návod na obsluhu v češtině
- Prohlášení o shodě v češtině
- Zaškolení personálu určeného zadavatelem



## Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Čestně prohlašuji, že jako účastník akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky a seznámili se s celou zadávací dokumentací vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení.

Prohlašuji, že jsme jako účastník o veřejnou zakázku průběžně sledovali, do konce lhůty pro podání nabídek, předmětnou zakázku na Profilu zadavatele z důvodu případného vysvětlení zadávací dokumentace a jeho začlenění do nabídky.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

17

V ..... dne .....

.....  
jméno a podpis  
oprávněného zástupce účastníka