

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
18.10.2018

Naše značka
BY/267/2018

Vyřizuje / linka
Ivana Barnoky/119

Karlovy Vary
23.10.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 51**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.10.2018 pod evidenčním číslem zakázky Z2018-033344

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 51“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1:

- Kompletně automatický systém vyvážení celého mikroskopu stisknutím jednoho tlačítka a provedení vyvážení jednou osobou, s celkovou dobou vyvážení celého systému do 1 minuty, nezávislý na pozici či příslušenství

Dotaz: Akceptuje zadavatel poloautomatický systém vyvážení celého mikroskopu? Tento parametr nemá vliv na podstatu funkce mikroskopu a zvýhodňuje pouze jednoho dodavatele.

Odpověď na dotaz:

Operační mikroskop je vybaven stereoasistentem do boku, jehož poloha se během operace často upravuje, což vyžaduje vždy nové nastavení vyvážení mikroskopu. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na tomto požadavku.


Dotaz č. 2:

- Doplnění o vacuum systém pro odsátí vzduchu ze sterilních návlků – pro rychlé a jednoduché zakrytí mikroskopu – je v činnosti po celou dobu provozu mikroskopu

Dotaz: Akceptuje zadavatel přístroj bez vacuum systému pro odsátí vzduchu? Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění, nebude mít tento systém vliv na podstatu funkce mikroskopu a tudíž se jedná pouze o parametr zvýhodňující jednoho dodavatele.

Odpověď na dotaz:

Vzhledem k provozu na centrálních sálech a z toho plynoucím častým převozům mikroskopu zadavatel trvá na integrovaném systému odsávání.



.....
Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení