

Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Č. j.:	5091/IN/18

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 14

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000468**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-031404**“

Dne 18. 10. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr je v listu Mobiliář nepřestavitelný položka č. 1 - *svítidlo operační 2-zdrojové STÁVAJÍCÍ - demontáž, třetí rameno s náhledovým monitorem*, které je v projektové dokumentaci specifikováno.

Dle sdělení našeho poddodavatele není možné doplnit třetí rameno na stávající světlo. Bude zadavatelem akceptováno samostatně kotvené rameno ke stropu?

Akceptuje zadavatel rozlišení monitoru 1920x1080, formát 16:9, když kontrast je „lepší“ 1400:1 a jas 450cd/m²?

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr je v listu Mobiliář nepřestavitelný položka č. 2 - *svítidlo operační 2-zdrojové s kamerou, třetí rameno s náhledovým monitorem* a pol. č. 3 - *svítidlo operační 2-zdrojové s přípravou na kameru, třetí rameno s náhledovým monitorem*.

Budou zadavatelem akceptovány následující rozdíly?

Hlavní satelit svítidla:

průměr světelného pole nastavitelný min. od-do (cm) 18-26

nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. od-do 25 -100% - 50.000-160.000 Lux

endoLED mód nastavitelný <3.000 Lux

Asistentní satelit svítidla:

průměr světelného pole nastavitelný min. od-do (cm) 18-26

nastavitelný rozsah intenzity osvětlení min. od-do 25 -100% - 50.000-160.000 Lux

endoLED mód nastavitelný <3.000 Lux

LED HD LCD monitor

rozlišení monitoru 1920x1080, formát 16:9, když kontrast je „lepší“ 1400:1 a jas 450cd/m²

Funkce nástěnného ovladače:

Bude zadavatelem akceptováno, pokud ovladač bude mít tyto základní funkce: zapnuto/vypnuto, zoom, automatické i manuální nastavení expozice, ostření a vyvážení bílé barvy?

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr je v listu Mobiliář nepřestavitelný položka č. 4 - *svítidlo vyšetřovací nástěnné*.

Budou zadavatelem akceptovány následující rozdíly?

teplota chromatičnosti nastavitelná v rozsahu min. 4.300 °K

index podání červené barvy světelného spektra CRI Ra 95

průměr osvětleného pole když intenzita osvětlení dosahuje 10% E_c (d10) - ve vzdálenosti 1 m 18 cm (případně volitelný ve třech velikostech 18/23/28 cm)

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz č. 1

Vyšší standard je akceptovatelný. V zadávací dokumentaci jsou hodnoty uvedené jako minimální. Pokud dodavatel nabízí hodnoty vyšší, tyto hodnoty akceptujeme. Rameno s monitorem mimo světlo nelze akceptovat.

Odpověď na dotaz č. 2

Vyšší standard je akceptovatelný. Zadavatel trvá na dodržení specifikace v toleranci +/- 10%.

Zadavatel trvá na dodržení specifikace v souvislosti s funkcemi nástěnného ovladače.

Nepřipouští odchylky.

Odpověď na dotaz č. 3

Vyšší standard je akceptovatelný. Zadavatel trvá na dodržení specifikace v toleranci +/- 10%.

V Karlových Varech dne 23. 10. 2018

Ing. Andrea Černá, v. r.