

Název	
zadavatele:	Karlovarský kraj
Sídlo:	Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
IČO:	70891168
Č. j.:	5367/IN/18

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 26

v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000468**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2018-031404**“

Dne 12. 11. 2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Nemocnice Sokolov, stavební úpravy 4. NP pavilonu B, řešení CHÚC, stavební úpravy objektu trafostanice“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz

Domníváme se, že zadavatelem stanovená a požadovaná specifikace úpravy vody je chybná. Zadavatel neuvádí, jaká všechna zařízení budou v úpravně připojena. Z důvodu správného stanovení kapacity úpravy prosíme o jasné upřesnění. (Zadavatelem přiložený soubor "D_2_01_2 Energetické tabulky" neobsahuje požadované informace.) Zadavatelem požadovaná norma ČSN ISO 3696 se vztahuje k biochemii a pro tento typ provozu není nutno tuto normu dodržet. Žádáme o vypuštění tohoto požadavku.

Dále prosím o potvrzení, že myčka obuvi pol. č. 371102 nebude připojena k demineralizované vodě, ale jen ke změkčené.

Jaká je stavební výška pro úpravu vody?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 a 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz

Kapacita úpravy vody je popsána ve specifikaci položek (D2.01.6) včetně kapacity. Požadavky na demineralizovanou vodu jsou v požadavcích montážních výkresů. K úpravě vody jsou připojeny myčky na nástroje 2x 371114 v místnosti č. 4.31. Zařízení pro úpravu vody se běžně používá i pro jiná zařízení (laboratorní). V tomto případě je však postačí dodržet normu ČSN ISO EN 285+A2.

Ano, myčka obuvi není připojena na demineralizovanou vodu.

V projektové dokumentaci zdravotnické technologie je popsáno, ve které místnosti má být úpravná usazena. Ve výkresu půdorys 4NP (stavební část) je uvedena světlá výška místnosti.

V Karlových Varech dne 15. 11. 2018

Bc. Dagmar Kerulová, v. r.