

Název zadavatele:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO:	00574660

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 01

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000067**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-013617**“

Dne 13.5.2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den,
zadavatel požaduje defibrilační elektrody kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech. Dotaz : jaké elektrody ZZS KVK používá? Děkuji

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel ve svých sanitních vozidlech používá defibrilátory LIFEPAK s příslušnými defibrilačními elektrodami. Kompatibilita elektrod, tedy možnost připojení elektrod na defibrilátory používané ZZS KVK, je vyžadována jak z pohledu přednemocniční neodkladné péče, kdy zahájení resuscitace zdravotnickou záchrannou službou nevyžaduje odlepení elektrod použitelných pro resuscitaci automatickým externím defibrilátorem a nalepení nových použitelných s přístroji v sanitních vozidlech a tím je rychlejší, tak z pohledu ekonomického, kdy je použití dvou sad elektrod na jednoho pacienta nevhodné.

Zadavatel v souladu s charakterem doplnění obsaženém v tomto doplnění zadávacích podmínek č. 01 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku tj. 15 pracovních dnů. Lhůta pro podání nabídek: 3.6.2019 10:00 hodin.

V Karlových Varech dne 13.05.2019

MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v.r.