

Název zadavatele:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO:	00574660

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P19V00000067**“
ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2019-013617**“

Dne 21.5.2019 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Časná defibrilace v Karlovarském kraji - dodávka automatických externích defibrilátorů“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Zadavatel uvedl v technické specifikaci požadovaných přístrojů mimo jiné tyto požadavky:

Defibrilační elektrody:

22. kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozidlech

23. možnost přepojení defibrilačních elektrod z nabízeného přístroje do defibrilátorů používaných ZZS KVK pro plynulé pokračování resuscitace a v rámci dodatečných informací poskytl toto vysvětlení:

„Zadavatel ve svých sanitních vozidlech používá defibrilátory LIFEPAK s příslušnými defibrilačními elektrodami. Kompatibilita elektrod, tedy možnost připojení elektrod na defibrilátory používané ZZS KVK, je vyžadována jak z pohledu přednemocniční neodkladné péče, kdy zahájení resuscitace zdravotnickou záchrannou službou nevyžaduje odlepení elektrod použitelných pro resuscitaci automatickým externím defibrilátorem a nalepení nových použitelných s přístroji v sanitních vozidlech a tím je rychlejší, tak z pohledu ekonomického, kdy je použití dvou sad elektrod na jednoho pacienta nevhodné.“

Chápeme správně, že zadavatel požaduje dodání samolepících defibrilačních elektrod určených pro použití jak s defibrilátory LIFEPAK 15, LIFEPAK 12 a LIFEPAK 1000, tak s nabízeným typem přístroje, a tyto nabízené samolepící defibrilační elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál, které jsou kladeny „Návodem k obsluze přístrojů“, s kterými budou používány?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel v technické specifikaci automatického externího defibrilátoru, která tvoří přílohu výzvy k podání nabídek, v bodu 29. Příslušenství: "2 páry defibrilačních elektrod" požaduje dodání samolepících defibrilačních elektrod, které v souladu s bodem 22. a 23. technické specifikace budou kompatibilní s elektrodami používanými ZZS KVK v sanitních vozech, tzn. že je možné v rámci plynulého pokračování resuscitace na tyto elektrody připojit defibrilátory používané na ZZS KVK, kterými jsou dle poskytnutého doplnění a změny zadávacích podmínek č. 01 defibrilátory LIFEPAK (modelová řada 15,12,1000).

Použití dodaných defibrilačních elektrod musí být schválené výrobcem nabízeného přístroje. Dodané elektrody musí být dále schváleny k použití s přístroji využívanými v sanitních vozidlech ZZS KVK výrobcem těchto přístrojů (viz Doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1).

V Karlových Varech dne 22.05.2019

MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v.r.