

VŠEM ÚČASTÍKŮM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
BY/12/2019Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/119Karlovy Vary
30.09.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „**Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 40**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 08. 2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-029436

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) Vám podáváme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky „Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I - část 40“, které vyplývá z níže uvedených dotazů.

Dotaz č.1:

Dotazy k technické specifikaci požadovaných chladících boxů: Vícestupňová ochrana baterie proti vybití a ochranou proti přepólování: Bude zadavatelé postačovat box vybavený pro tyto případy pojistkou?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel sděluje, že postačuje box vybavený pojistkou proti vybití a ochranou proti přepólování.

Dotaz č.2:

Funkce pro rychlé zchlazování: Převážný box je primárně určený pro udržování stabilní teploty, proto doporučujeme krev a krevní deriváty vkládat do boxu již zchlazené.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel sděluje, že lze dodat box bez této funkce.

Dotaz č.3:

Vnitřní osvětlení: Jedná se o technicky neslučitelný požadavek, jelikož se jedná o zdroj tepla. Navíc pro orientaci v boxu s ohledem na jeho velikost postačuje běžné osvětlení.

Odpověď na dotaz:


Zadavatel sděluje, že lze dodat box bez této funkce.

Současně zadavatel upravuje tyto dokumenty:

- 1) Zadávací podmínky (změny označeny zeleným podbarvením) – ver. 30.09.2019
- 2) Příloha č. 2 – technická specifikace – ver. 30.09.2019
- 3) Příloha č. 4 – návrh Kupní smlouvy (oprava bodů 3.2 a 7.4) – ver. 30.09.2019

Zadavatel upozorňuje na znění Kupní smlouvy, bod 7.4: „**Kupující je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě nesplnění mezního termínu předání zboží prodávajícím, tj. max. do 22. 11. 2019 (viz čl. 3. odst. 3.2)**“.

Současně zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 1.11.2019 do 10:00 hodin.**



Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Ing., Bc. Jaroslav BEDNÁŘ
vedoucí obchodního oddělení
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 114, 734 412 273
e-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz