

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XIX/B**  
Část 49 veřejné zakázky **T- 0715 – Kabina audiometrická**

### Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**  
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**  
IČ: **70891168**  
právní forma: **veřejnoprávní korporace zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákonem č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 6.2 Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Jaká je požadovaná velikost dveří a jejich orientace (pravé nebo levé)?

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Síře min. 60 cm, výška min. 180 cm, pravé.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Je pro tichý ventilační systém požadován systém s ventilátorem nebo může být použito i řešení využívající komínového efektu?

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Kabina bude osazena ventilačním systémem s tichým aktivním ventilátorem s možností vypnutí.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Rozměry 1200 x 1200 x 2200 mm jsou vnějšími rozměry kabiny? Pokud ano, budou vnitřní rozměry kabiny cca 1000 x 1000 x 2000 mm a nebude pak dodržena minimální vzdálenost reproduktorů 1 m od hlavy pacienta pro vyšetření ve volném poli.

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Rozměry uvedené v Technických specifikacích dodávky jsou rozměry vnější s tolerancí  $\pm 10\%$ . (Pozn. Audiometrie ve volném poli bude vždy individuálně přepočtena.)

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Má být kabina vybavena sedákem? Jestliže ano, má být pevný nebo sklopný?

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Kabina bude vybavena sklopným sedákem o nosnosti min. 120 kg.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Bude montáž kabiny v obou případech probíhat na 1. NP, tzn. žádné schody na transportní trase?

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Prostory, kde bude kabina montována, jsou v 2. NP, respektive v 1. NP. Tyto prostory jsou obslouženy výtahem. Výtah bude možné využít pro transport. Schody nikde v transportní cestě nejsou.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace**

Zahrnuje požadavek „Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu“ také reproduktory pro vyšetření ve volném poli?

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Ano, rovněž viz první požadavek v Technických specifikacích dodávky.

V Karlových Varech, dne 6. 11. 2019

**Mgr. David Braonáček**  
místopředseda představenstva  
Karlovarské krajské nemocnice a.s.