


### 3.NP



Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,5
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0
Ø42x1,5	2,5
Ø54x2	2,5
>Ø54	3,0

Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2
Ø42x1,5	TR Ø57x3,2
Ø54x2	TR Ø76x3,2
Ø70x3	TR Ø89x3,6

## LEGENDA

[illegible]

**Poznámky:**

Poznámka č. 1:  
Potrubí medicínálních plynů bude vedeno ve větraném nehořlavém podhledu na konzolkách

Poznámka č. 2:  
Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

**Poznámka č. 2:**  
Svody potrubí k ventilovým krabicím, rampám a lékařským panelům budou vedeny v drážce pod omítkou.

D1.02 REKONSTRUKCE PAVILONU B  
D1.02.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CEL-  
KEM ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. )

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: MZ Liberec, a.s., Rudník 4, 543 72 Rudník u Vrchlabí		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ZDENĚK KVAPIL	JIŘÍ ŠTAJER	JIŘÍ ŠTAJER

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING. ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. MIKULŠ ŠLADKA

INVESTOR: KARLOVARSKÝ KRAJ, ZÁVODNÍ, 353/88, 360 21 KARLOVY VARY	INŠ. VÝKON: JAROMÍR
NÁZEV AKCE:	
KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s. – NEMOCNICE V CHE	

DOKONČENÍ REVITALIZACE AREÁLU NEMOCNICE V CHEBU  
- ÚPRAVA A ROZDĚLENÍ

**ČÍSLO PÁRBY**

---



MZ Liberec s.a.  
Sídlo:  
Kaučků  
Pražská 4  
Předměstí Vrchlabí 463 572  
A 03-20-P  
Cestovní 12005  
Liberec 463 572  
E-mail: mzl@cznet.cz  
tel.: +420 603 307 667

---

**Jednota**

Vysokého 12, 586 01, Jihošov  
tel.: +420 567 311 400-6, fax: +420 567 3124 55

FORMAT	15 x A4
DATUM	3 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 03-20-P
MÉRITKO	DY VKRESLU
1 · 50	C1 02 4:-05