




VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
03.08.2020

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
05.08. 2020

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Dodávky spotřebního materiálu k přístroji pro diagnostiku / analýzu nukleových kyselin na principu Real time PCR termocykler včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru**”.

Dotaz č. 1:

Máme následující doplňující dotazy:


1) Parametry *Chlamydia pneumoniae* a *Mycoplasma pneumoniae* – ze zadání chápu, že je vyžadován PCR kit? Je případně možné nabídnout zmiňované parametry jako dva singleplexy?

2) Je kompatibilní ready-to-use chemie s uváděným přístrojem SaMag-12?

3) Dále bych chtěl upřesnit, co je přesně poptávané a v jakých kvantech – v zadávací dokumentaci jsou parametry:

- Chlamydia trachomatis
- Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae
- Neisseria gonorrhoeae
- Herpes virus 1
- Herpes virus 2
- Virus varicella zoster
- HCV quant
- HBV quant

Kdežto v tabulce cen a očekávaných množství jsou jiné reagenty. Navíc parametr CHT je tam dvakrát s rozdílnou oč. Roční spotřebou – je to chyba, nebo poptáváte takto „nadvakrát“? Navíc je v tabulce i seznam konkrétních izolačních souprav a PCR kitu SARS-COV2, které jsou tedy také součástí veřejné zakázky? Mimoto v tabulce chybí Varicella Zoster Virus a viry Hepatitid B a C? Parametr HSV1/2 je myšlený jako duplex, nebo jako dva singleplexy?



Chlamydia trachomatis Real-TM	1 vyšetření				400
Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae Real-TM	1 vyšetření				200
Neisseria gonorrhoeae Real-TM	1 vyšetření				500
SaMag Viral Nucleic Acids Extraction kit	1 vyšetření				192
SaMag Bacterial DNA Extraction kit	1 vyšetření				192
SaMag STD DNA Extraction kit	1 vyšetření				192
Chlamydia trachomatis Real-TM	1 vyšetření				100
HSV 1/2 Real-TM	1 vyšetření				400
SARS-CoV-2 Real-time PCR	1 vyšetření				96
Spotřební materiál – mikrozkušavky PCR Tubes 0,2 ml (typ 1)	1 ks				1 000
Spotřební materiál – mikrozkušavky PCR Tubes 0,2 ml (typ 2)	1 ks				10 000

Odpověď na dotaz č. 1:

1) Parametry Chlamydia pneumoniae a Mycoplasma pneumoniae – ze zadání chápu, že je vyžadován PCR kit? Je případně možné nabídnout zmiňované parametry jako dva singleplexy?

U položky Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae Real-TM je požadován multiplex z důvodu maximalizace využití pozic v přístroji a s tím spojených nákladů (kontroly).

2) Je kompatibilní ready-to-use chemie s uváděným přístrojem SaMag-12?

Kompatibilní ready-to-use chemií s uváděným přístrojem SaMag-12, který je v majetku zadavatele, se myslí to, že PCR detekční kit (HBV/HCV) je kompatibilní s přístrojem SaMag-12 v tom smyslu, že lze pomocí přístroje SaMag-12 provést tzv. PCR setup, tedy automatické napipetování vzorku přímo do reakčních PCR zkumavek bez nutnosti dalšího ručního pipetování (množství templátu musí být v rozsahu 20 - 50 ul).

3) Dále bych chtěl upřesnit, co je přesně poptávané a v jakých kvantech – v zadávací dokumentaci jsou parametry:

- Chlamydia trachomatis
- Mycoplasma pneumoniae / Chl. pneumoniae
- Neisseria gonorrhoeae
- Herpes virus 1
- Herpes virus 2
- Virus varicela zoster

- HCV quant
- HBV quant

Kdežto v tabulce cen a očekávaných množství jsou jiné reagenty. Navíc parametr CHT je tam dvakrát s rozdílnou oč. Roční spotřebou – je to chyba, nebo poptáváte takto „nadvakrát“? Mimoto v tabulce chybí Varicella Zoster Virus a viry Hepatitid B a C? Parametr HSV1/2 je myšlený jako duplex, nebo jako dva singleplexy?

Děkujeme za upozornění, zadávací dokumentace byla upravena. Všechna poptávaná diagnostika jsou v příloze č. 1.

HSV1/2 PCR kit je míněn jako duplex s možností rozlišení HSV typu 1 od HSV typu 2.


V tabulce je i seznam konkrétních izolačních souprav a PCR kitu SARS-COV2, které jsou tedy také součástí veřejné zakázky?

Dotazovatel má pravděpodobně na mysli položky s označením SaMag. Zadavatel disponuje izolačním přístrojem SaMag-12, který je v majetku zadavatele, z toho důvodu požaduje plnou kompatibilitu izolačních souprav. Zadavatel nemůže specifikovat obchodní název požadovaného produktu. Slovem SaMag v tabulce (Příloha č. 1) zadavatel uvádí svůj požadavek na zmíněnou kompatibilitu. Dále dotazovatel výslovně zmiňuje PCR kit SARS-CoV-2. Zadavatel tímto uvádí pouze svůj požadavek na kit pro real-time PCR vyšetření na nový typ koronaviru, způsobující onemocnění COVID-19, tento kit musí být kompatibilní s nabízeným real-time PCR cyklem.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 14.8.2020 do 10:30 hod.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 - Cenová nabídka (ver 05.08.2020)
2. VZMR_PCR cycler_diagnostika_Vyzva (ver 05.08.2020)



Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Ing., Bc. Jaroslav BEDNÁŘ
vedoucí obchodního oddělení
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 114, 734 412 273
e-mail: jaroslav.bednar@kkn.cz