



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

Název
zadavatele: Karlovarský kraj
Sídlo: Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
Vyřizuje: Monika Drobilová
Č. j.: KK/2567/IN/20

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

veřejné zakázky: „**Vybavení odborné učebny laboratorních technik a Modernizace odborných učeben zubních techniků**“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **P20V00000547**

Dne 22.09.2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „**Vybavení odborné učebny laboratorních technik a Modernizace odborných učeben zubních techniků**“ žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz:

Dotaz č.1

Zadavatel u položky konduktometr laboratorní mj. uvádí, že požaduje napájení 220 V a zároveň požaduje baterie. Z názvu položky dovozujeme, že je požadováno provedení laboratorní, tedy napájené z el. sítě nikoliv na baterie. Bateriemi disponují konduktometry přenosné.

Chápeme správně, že zadavatel požaduje konduktometr laboratorní, tedy bez dobíjecích baterií?

Dotaz č.2

Zadavatel u položky konduktometr laboratorní neuvádí zda požaduje možnost ukládání dat či nikoliv. Bude zadavatelem požadováno dodání konduktometru, který bude disponovat funkcí ukládání dat a bude tedy pro zadavatele vhodnější?

Dotaz č.3

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.4 je upraven požadavek na typ mikropipet. Zadavatel však uvádí, že požaduje pipety fixní a zároveň uvádí požadavek na rozsah objemu. Z uživatelského hlediska je dle našeho názoru vhodnější požadovat mikropipety nastavitelné.

Žádáme zadavatele o upřesnění jaký typ mikropipet požaduje (fixní nebo nastavitelné) a zároveň o sdělení buď jedné konkrétní hodnoty objemu pro fixní pipety popř. rozsahu nastavení objemu u nastavitelných pipet.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď na dotaz:

- 1) Konduktometr bude postačovat s napájením pouze na 220V.
- 2) Zadavatel u konduktometru nepožaduje ukládání dat.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Sídlo: Závodní 353/88, 360 06, Karlovy Vary, Česká republika, IČO: 70891168, DIČ: CZ 70891168,

tel.: +420 354 222 300, <http://www.kr-karlovarsky.cz>, e-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz



KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD - ODBOR INVESTIC

- 3) Zadavatel požaduje mikropipety jednokanálové s nastavitelným objemem (10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl)

Zadavatel na základě výše uvedeného opravil přílohu č.7 *Specifikaci dodávek části I* a v souvislosti s tím zadavatel uveřejňuje opravenou přílohu č.7 *Specifikaci dodávek části I*.

S tímto vysvětlením č. 7 byly provedeny úpravy zadávací dokumentace. Z toho důvodu zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 13.10.2020 do 09:00 hodin.**

Toto vysvětlení pouze upřesňuje informace ze zadávací dokumentace, nijak jí nemění.

V Karlových Varech dne 23.09.2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

