

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky

Část 51 veřejné zakázky

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIII

Vyšetřovací svítidla

Identifikační údaje zadavatele

název:

Karlovarský kraj

sídlo:

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČ:

70891168

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 6.2 Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V technické specifikaci T- 2102_ svítidlo vyšetřovací pojízdné je požadavek: „Rotační přepínač k rozsvícení světla na kopuly svítidla“. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat membránový vypínač integrovaný do ovládací klávesnice na těle svítidla?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

V technické specifikaci T- 2104_ svítidlo vyšetřovací stropní je požadavek: „Nastavitelný výkon osvětlení v rozsahu min. 25 000 lx – 60 000 lx“. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nastavitelný výkon v rozsahu 30 000 lx – 60 000 lx?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ve Formuláři technických specifikací dodávky je stanoveno, že zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů. Tyto parametry stanovil zadavatel především dle svých potřeb, přičemž hodnoty (maximální, minimální nebo rozpětí) jsou nastaveny tak, aby byla umožněna účast co nejširšího okruhu dodavatelů. Zadavatel parametry nastavitelného výkonu osvětlení měnit nebude.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

„Vnější konstrukce světel vyrobena z hliníku a bezpečnostního krycího skla; zadavatel připouští variantu, kde krycí sklo bude z tvrzeného plexiskla nebo plastu a vnější konstrukce svítidla může být z kvalitně zpracované a povrchově upravené oceli“. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat tělo lampy z velice odolného tvrzeného plastu a kde je krycí sklo z tvrzeného plexiskla?

V technické specifikaci T- 2106_ svítidlo vyšetřovací stropní ORL je požadavek: „Vnější konstrukce světel vyrobena z hliníku a bezpečnostního krycího skla; zadavatel připouští variantu, kde krycí sklo bude z tvrzeného plexiskla nebo plastu a vnější konstrukce svítidla může být z kvalitně zpracované a povrchově upravené oceli“. Dotaz: Bude zadavatel akceptovat tělo lampy z velice odolného tvrzeného plastu a kde je krycí sklo z tvrzeného plexiskla?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Vnější konstrukcí světel je myšlena nosná konstrukce svítidla. Materiál těla lampy zadavatel nespecifikuje.

V Karlových Varech, dne 18. 6. 2021

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení

Karlovarská krajská nemocnice a.s.