

VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
30 .08. 2021

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
01. 09. 2021

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Počítačová tomografie – CT**”

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že předmětem veřejné zakázky je dodávka CT přístroje včetně poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáručního kompletního servisu po dobu 60 měsíců. V rámci prokázání splnění technické kvalifikace požaduje zadavatel, aby minimální finanční objem dané jedné významné dodávky činil minimálně 20 mil. Kč bez DPH. Je v tomto minimálním finančním objemu jedné dodávky zahrnut i záruční a pozáruční servis?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v čl. 2 ZD „Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky“, resp. v bodě 2.1 ZD „Předmět veřejné zakázky“: „**Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáruční kompletní servis (dále jen fullservis) po dobu 60 měsíců**“. Z uvedeného plyne, že předmět veřejné zakázky je jasně definován, a proto zadavatel do podmínek technické kvalifikace zahrnuje jak dodávku přístroje s 24 M záruční dobou (záruční servis), tak pozáruční servis po dobu 60 M. Tzn. dále, do minimálního finančního objemu 20 mil. Kč jedné dodávky **dodavatel zahrne finanční objem za dodávku přístroje včetně záručního servisu a finanční objem za pozáruční servis.**

Dotaz č. 2:

V rámci hodnocení technických parametrů hodnotí zadavatel i velikost rekonstrukční matrice (1024x1024 nebo 512x512) jako volitelný parametr typu C, kdy ANO = 1 bod a NE = 0 bodů. Ve Formuláři technických specifikací dodávky je však u tohoto parametru uvedena požadovaná hodnota 512x512. Chápeme to správně tak, že při nabídce rekonstrukční matrice 1024x1024 bude přidělen 1 bod a při nabídce rekonstrukční matrice 512x512 bude přiděleno 0 bodů?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel ve „Formuláři technických specifikací“ (příloha č. 4 ZD) uvedl u této položky technické specifikace, tzn. velikost rekonstrukční matice, požadovanou hodnotu 512x512. Dle podmínek ZD zadavatele v čl. 10 „Technické podmínky“ je mj. uvedeno „*Technické parametry a jakostní a funkční požadavky dodávky uvedené ve Specifikaci musí nabízené vybavení a zařízení*



bezpodmínečně splnit“. Všechny hodnoty uvedené ve „Formuláři technických specifikací“ jsou tedy minimální a požadované zadavatelem. Účastník uvede nabízené hodnoty ve „Formuláři technické specifikace“ a v „Krycím listu“. Uvedená položka technické specifikace, tzn. velikost rekonstrukční matice, je současně **položkou hodnocenou** v rámci hodnocení nabídky. V čl. 15 ZD „Hodnocení nabídek“ je upřesněno hodnocení a z čl. 15.4.3. a čl. 15.5 vyplývá, že při hodnocení nabídky u tohoto technického subkritéria bude zadavatel postupovat tak, že **při nabídce rekonstrukční matice 1024x1024 bude přidělen 1 bod a při nabídce rekonstrukční matice 512x512 bude přiděleno 0 bodů**.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení