

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
21 .09. 2021

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
23. 09. 2021

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Počítačová tomografie – CT**”

Dotaz č. 3:

Dne 20.9.2021 zadavatel upravil požadavky na automatický tlakový injektor. Připouští zadavatel nabídku nejmodernějšího dostupného řešení, které funguje na bázi bezdrátové komunikace mezi injektorem ve vyšetřovně a ovládací jednotkou v ovladovně s tím, že garantovaná spolehlivost této bezdrátové komunikace nevyžaduje duplicitní kabelové spojení?

Odpověď na dotaz č. 3:

KKN a.s. připouští bezdrátovou komunikaci mezi injektorem ve vyšetřovně a ovládací jednotkou v ovladovně s tím, že u této bezdrátové komunikaci nevyžaduje duplicitní kabelové spojení. Příloha č. 4_Formulář technických specifikací byla upravena a změna je podbarvena modře.

Současně zadavatel prodlužuje termín lhůty pro podání nabídek do 22.10.2021 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 4_Formulář technických specifikací (ver. 23.09.2021)

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení