

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
22 .10. 2021

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
26. 10. 2021

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Hybridní gamakamera SPECT/CT”

Dotaz č. 1:

Jaký je stávající výkon osazené klimatizační jednotky a výkon chlazení VZT v místnosti vyšetřovny?

Odpověď na dotaz č. 1:

Stávající výkon osazené klimatizační jednotky je 7 kW. Společná VZT jednotka pro pracoviště nukleární medicíny a magnetické rezonance má výkon 44 kW; pro pracoviště SPECT/CT je vháněno 700 m³.

Dotaz č. 2:

V souvislosti s posunem CT směrem před okno ovladovny bude požadavek na osazení externí kamery pro celkový náhled na pacienta?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, zadavatel má požadavek na osazení externí kamery pro celkový náhled na pacienta včetně samostatného display; konkrétní osazení bude řešeno s vybraným dodavatelem.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení