



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
25.07.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
27.07.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Centrifugy**”

Dotaz č. 1:

část 2

ve formuláři technické specifikace požadujete parametry:

Chlazená centrifuga:

Hlučnost max. 52 dB

Hmotnost max. do 40 kg

Rozměry v centimetrech - šířka x hloubka x výška max. do 40 x 58 x 30

Nechlazená:

Hlučnost max. 52 dB

Hmotnost max. do 30 kg

Rozměry v centimetrech - šířka x hloubka x výška max. do 40 x 58 x 30

Budete prosím akceptovat i tyto parametry:

Chlazená centrifuga:

Hlučnost 54dB

Hmotnost 81 kg

Rozměry v centimetrech - šířka x hloubka x výška 45,7 x 75 x 41,8

Nechlazená:

Hlučnost 54 dB

Hmotnost 51 kg

Rozměry v centimetrech - šířka x hloubka x výška 457 x 600 x 418

část 3

ve formuláři technické specifikace požadujete chlazenou centrifugu v rozsahu od -9 do + 35 °C, dále uvádíte bod: Program pro rychlé předchlazení/předehřátí centrifugy a rotoru

Přejete si tedy dodat centrifugu s chlazením a ohřevem?



Odpověď na dotaz č. 1:

část 2

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a požaduje původní parametry dle technické specifikace zadávacího řízení. Zadavatel je prostorově omezen, a proto požaduje tyto maximální rozměry.

část 3

Ano, zadavatel požaduje dodat centrifugu s chlazením a ohřevem, vyplývá to i z technické specifikace.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení