



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
04.08.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
04.08.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Centrifugy**”

Dotaz č. 2:

Chtěli bychom se informovat, zda budete akceptovat u části 2 - Centrifugy OKBH změnu parametrů pro:

Centrifuga chlazená:

hmotnost 42,2 kg;

rozměry 36,5 x 66 x 31,5 cm;

kapacita 28 ks 14,5x100 (resp. 16x100);

kapacita 32 ks 12x75 (resp. 13x75)?

Centrifuga stolní:

kapacita 28 ks 14,5x100 (resp. 16x100);

kapacita 32 ks 12x75 (resp. 13x75)?

Odpověď na dotaz č. 2:

Z důvodu prostorového omezení zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením. Zadavatel požaduje rozměry a kapacitu zkumavek dle technické specifikace zadávacího řízení.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení