

## VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne  
19.11.2014

Naše značka  
BY/274/2014

Vyřizuje / linka  
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary  
24.11. 2014

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

### Dotaz:

Prosíme o upřesnění požadavku uvedeném na formuláři ROP IV\_22 - Stacionální RTG přístroj „**Rozšíření kapacity centrálního PACS Archivu z důvodu nárůstu objemu dat z nové RDG modality**“.

V jakém rozsahu a kým má být rozšíření úložiště realizováno?

### Odpovědi na dotazy:

Rozšíření úložiště bude realizované dodavatelem PACS Archivu, společností ICZ a.s. Zadavatel požaduje osadit HDD Hot Plug do volných pozic serveru včetně instalace. Tzn. 3 ks disků 400-20162 2TB Near-Line SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Hot Plug do serveru DELL R515.

**Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 13. 1. 2015 do 10:00 hod.**

**Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 1. 2015 od 10:05 hod.**

.....  
MUDr. Josef März  
předseda představenstva