

## VŠEM UCHAZEČŮM

Váš dopis značka / ze dne  
6.1.2015

Naše značka  
BY/3/2015

Vyřizuje / linka  
Ivana Barnoky/5119

Karlovy Vary  
7.1. 2015

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážený obchodní přítel,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „**Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny**“, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

### Dotaz:

**Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: „Příloha č. 2 - Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV\_22 - Stacionární RTG přístroj“**

Předmět zakázky:

**Část - Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu: „Vertikální pojezd (manuální i motorizovaný)“.**

Dotaz zní: Stacionární RTG přístroje obsahující funkci vertikální autotracking musí mít vždy motorizovaný vertikální pohyb stropního závěsu. V případě snímkování bez funkce autotracking je možné vertikální pohyb stropního závěsu uskutečnit manuálně pomocí motorizovaného pohybu. Měl zadavatel na mysli takovéto řešení?

### Odpověď na dotaz:

Zadavatel vyžaduje funkci autotrackingu. V případě snímkování bez funkce autotrackingu je možné vertikální pohyb stropního závěsu uskutečnit manuálně pomocí motorizovaného pohybu.

MUDr. Josef März

předseda představenstva  
Karlovarská krajská nemocnice a.s.  
Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary  
IČO: 263 65 804, DIČ: CZ26365804