



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
05.10.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
05.10. 2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-KV_Infuzní technika**”

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 8 Formulář technické specifikace spotřebního materiálu zadavatel požaduje: *kapkovou komůrku doplněnou o bezpečnostní membránu jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu, ovšem zároveň v jiném bodě požaduje partikulární filtr 15 μm (± 10%).*

Účastník by chtěl upozornit, že tyto dva požadavky jsou ve vzájemném rozporu z klasického i klinického hlediska. Bude zadavatel požadovat pouze „kapkovou komůrku doplněnou o bezpečnostní membránu jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu“, která má lepší vlastnosti pro průběh infuze hlavně co se týče automatického spuštění alarmu z důvodu nemožnosti zavzdušnění setu po skončení infuze? Mohl by zadavatel tuto nejasnost objasnit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje pouze partikulární filtr 15 μm (± 10%). Bezpečnostní membrána jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu, není v tomto případě potřeba. Jedná se o chybu v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

Příloha č. 8 _Formulář technické specifikace spotřebního materiálu (verze 05.10.2022)

Současně zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 7.11.2022, do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení