

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
10.10.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
17.10.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Izolátorový box“

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace jsou požadovány: „Dva kruhové rukávcové otvory v hlavní komoře o minimálním průměru 300 mm,“ uchazeč se dotazuje, zda zadavatel připouští oválný tvar rukávcových otvorů o horizontálním průměru 260 mm. Toto řešení nabízí lepší průhled do hlavní komory, oválný tvar navíc umožňuje lepší pohyb rukou při práci.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na kruhových otvorech o minimálním průměru 300 mm, jedná se již o provozně vyzkoušený designový standard, který chce uživatel dodržet.

Dotaz č. 2:

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace je požadováno: „Přední kruhový akrylátový vyklápěcí kryt s plynovými vzpěrami,“ uchazeč se dotazuje, zda zadavatel připouští přední kryt z tvrzeného skla, který nabízí vyšší bezpečnost a odolnost s ohledem na povahu přístroje.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel připouští možné řešení krytu z tvrzeného skla.

Dotaz č. 3:

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace je požadováno: „Pracovní plocha hlavní komory s minimálními rozměry 520x1180x690 (h x d x v),“ uchazeč se dotazuje, zda zadavatel připouští rozměr pracovní komory 520x1250x600 mm (h x d x v).

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel připouští variantu pracovní plochy o rozměrech 520x1250x600 mm (h x d x v).

**Dotaz č. 4:**

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace je požadováno: „Rozměry podávací komory min 305x340x615 (vxhxd),“ uchazeč se dotazuje, zda zadavatel připouští rozměr podávací komory 664x462x546 mm (v x h x d). Podávací komora je tedy celkově větší, bez vlivu na celkovou šířku izolátoru.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel trvá na minimálním rozměru délky 615 mm přestupní komory z důvodu delších posuvných podnosů těchto podávacích komor zasahujících do pracovního prostoru.

Dotaz č. 5:

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace je požadováno: „Rozměry dveřních otvorů podávacích komor určených pro transport materiálu: vnější otvor min.: 445x265 mm (šxv),“ uchazeč se dotazuje, zda zadavatel připouští rozměr vnějšího otvoru 345x345 mm (š x v), je tedy zachována plocha otvoru, pouze jiný tvar.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel připouští možnou variantu vnějšího otvoru o rozměru 345x345 mm (š x v).

Dotaz č. 6:

V Příloze č.-3 - Formulář-technické-specifikace je požadováno: „Tester nepropustnosti rukávců a rukavic – součástí dodávky “ uchazeč se dotazuje, zda je tímto, dle běžných zvyklostí, myšleno samostatné elektronické zařízení, které pracuje na principu pneumatické zkoušky těsnosti rukavic při tlaku min. 2500 Pa, splňující normu ISO 14644-7.

Odpověď na dotaz č. 6:

Testerem nepropustnosti rukávců a rukavic je myšlena kvalitativní zkušební metoda, při které se zjišťuje změna vnitřního tlaku v rukávcích a rukavicích, za účelem případného tlakového úniku.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 31.10.2022, do 10:00 hod.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení