

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
11 .10. 2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
17. 10. 2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Izolátorový box“

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje rozměr podávací komory (v x hl x d) 305x340x615 mm. Námi nabídnutý box má rozměry podávací komory 410x444x578 mm (v x hl x d). Bude zadavatel akceptovat tento rozměr?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na minimálním rozměru délky 615 mm přestupní komory z důvodu delších posuvných podnosů těchto podávacích komor zasahujících do pracovního prostoru.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje rozměry dveřních otvorů podávacích komor 445x265 mm (vnější otvor). Rádi bychom nabídli box, který má rozměry vnějšího otvoru 372x371 mm. Bude zadavatel akceptovat tyto rozměry, při splnění všech ostatních parametrů v technické specifikaci?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel připouští možnou variantu vnějšího otvoru o rozměru 372x371 mm (š x v).

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 31.10.2022, do 10:00 hod.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení