

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
05.10.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
19.10. 2022

Oprava odpovědi na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-KV_Infuzní technika**”

V předchozí odpovědi na dotaz č. 2 ze dne 5.10.2022 zadavatel udělal administrativní chybu. Níže je **správně uvedena odpověď na dotaz č. 2.**

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci, konkrétně v příloze č. 8 Formulář technické specifikace spotřebního materiálu zadavatel požaduje: *kapkovou komůrku doplněnou o bezpečnostní membránu jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu, ovšem zároveň v jiném bodě požaduje partikulární filtr 15 μm (± 10%).*

Účastník by chtěl upozornit, že tyto dva požadavky jsou ve vzájemném rozporu z klasického i klinického hlediska. Bude zadavatel požadovat pouze „kapkovou komůrku doplněnou o bezpečnostní membránu jemnosti 4 μm, tvořenou z polyethersulfonu“, která má lepší vlastnosti pro průběh infuze hlavně co se týče automatického spuštění alarmu z důvodu nemožnosti zavzdušnění setu po skončení infuze? Mohl by zadavatel tuto nejasnost objasnit?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel akceptuje pouze kapkovou komůrku doplněnou o bezpečnostní membránu jemnosti 4μm tvořenou z polyethersulfonu, partikulární filtr 15 μm (± 10%) není v tomto případě potřeba.

Přílohy:

Příloha č. 8_Formulář technické specifikace spotřebního materiálu (verze 19.10.2022)

Současně zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**, a to do **14.11.2022, do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení