

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
03.11.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
03.11.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Analyzátor hematologický stolní**”

Dotaz č. 1:

Jsou zadavatelem uvedené rozměry analyzátoru myšleny jako minimální nebo maximální a nepřekročitelné?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Uvedené rozměry analyzátoru jsou maximální a nepřekročitelné.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení