



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
08.12.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
09.12.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Mikroskopy**”

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci požadujete stolek otočný v rozsahu 250°.

Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme stolek s rotací 110°?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat stolek s rotací 110°.

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to **do 12.1.2023, do 10:00 hod.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení