

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne
22.12.2022

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary
22.12.2022

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-KV_Ultrazvuková terapie ran**”

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v příloze č. 3 - Formulář technických specifikací je mimo jiné uvedeno:

- provozní frekvence generátoru 25, 55 kHz

Výrobce nabízí celou škálu generátorů s různými pracovními frekvencemi pro různé typy použití. Vzhledem k požadavku zadavatele na vestavěnou peristaltickou pumpu má takovýto model generátorů pracovní frekvenci pouze 25 kHz, která je přímo určena pro léčbu nehojících se ran.

Bude vzhledem k výše uvedeným faktům zadavatel akceptovat nabídku na generátor s vestavěnou peristaltickou pumpou s frekvencí generátoru pouze 25 kHz?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku na generátor s vestavěnou peristaltickou pumpou s frekvencí generátoru pouze 25 kHz. Zadavatel přikládá upravenou zadávací dokumentaci a přílohu č. 3 - Formulář technických specifikací. Veškeré změny jsou vyznačeny zeleně.

Přílohy:

Výzva zadávací dokumentace (ver. 22.12.2022)

Příloha č. 3 - Formulář technických specifikací (ver. 22.12.2022)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek, a to do 24.1.2022, do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení