

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Váš dopis značka / ze dne
17.01.2023

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
17.01.2023

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-Cheb_Spirometrický systém**”

Dotaz č. 1:

Obracím se na Vás ve věci vysvětlení jednoho bodu v zadávací technické specifikaci:

- Měření proudových odporů (RAW)

Takto měřené proudové odpory lze měřit pouze v celotělové pletysmografii a neumožňují to přístroje typu spirometr vyšší řady či difuze (měření transferfaktoru). U těchto přístrojů, kam se řadí i Vámi poptávaný přístroj jsem schopni měřit odpory dýchacích cest ne však "proudové". Z výše napsaného doporučuji, aby tento bod specifikace zněl:

- možnost měřit odpory dýchacích cest.

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel souhlasí se změnou parametru na:

- měření odporu dýchacích cest

Přílohy:

Výzva zadávací dokumentace (ver. 17.01.2023)

Příloha č. 3 - Formulář technických specifikací (ver. 17.01.2023)

Současně zadavatel prodlužuje **lhůtu pro podání nabídek, a to do 17.2.2023, do 10:00 hodin.**

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení