

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky **Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV**
Část 56 veřejné zakázky **Nábytek nerezový a ostatní kovový**

Identifikační údaje zadavatele

název: **Karlovarský kraj**
sídlo: **Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory**
IČO: **70891168**

Na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 6.2 Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Mohl by zadavatel upřesnit požadavek na položku N-0196 skříň na podložní mísy a močové lahve – nerez 500/600/1800 mm, resp. chápeme správně, že zadavatel požaduje skříň na podložní mísy a močové lahve, nerezové provedení, uzamykatelné jednokřídlé dveře, 10x držák na močové lahve, 10x držák na podložní mísy, výškově stavitelné nohy pro vyrovnání nerovnosti podlahy, rozměry 500/600/1800 mm?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Základní parametry skříně jsou uvedeny ve Výkazu nábytku a zařízení včetně technické specifikace dodávky – materiál, rozměr.

Z výkresů projektové dokumentace a seznamu vybavení po místnostech je patrné, kde budou skříně umístěné a směr otevírání dveří.

Počet držáků na močové lahve a držáků na podložní mísy vyplývá z velikosti skříně, kdy se do skříně vejde min. 10x držák na močové lahve a 10x držák na podložní mísy. Požadavek na uzamykání dveří skříně zadavatel nestanovuje, je věcí nabídky dodavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v obchodních podmínkách v článku 3.1. uvádí: „Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy bude dodán nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy a pro položku „N-0196 - skříň na podložní mísy a močové lahve – nerez“ nejpozději do 120 dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.“

Konstatujeme, že dodací termín do 60 dnů je nereálný a neumožňuje účast v této veřejné zakázce. V některých případech (mycí stoly, jímka na sádku, ...) se jedná o výrobu na míru na základě zaměření místa plnění, následného vyhotovení výrobně montážní dokumentace a schválení ze strany kupujícího. V případě dalších výrobků se také jedná o výrobky, které nejsou skladem, ale vyrábějí se.

Žádáme zadavatel o reflektování výše uvedeného a úpravu dodacího termínu, resp. výše uvedeného článku např. na min. 14 týdnů od schválení výrobní dokumentace, která bude vyhotovena do 7 pracovních dnů po zaměření místa plnění, s tím že zadavatel vyzve prodávajícího k zaměření místa plnění nejdříve 7 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Proávající provede zaměření místa plnění do 7 dnů od výzvy kupujícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vzhledem k tomu, že zadávací řízení na pořízení dodávek pro část 56 veřejné zakázky - Nábytek nerezový a ostatní kovový zadavatel vyhlásil již potřetí, kdy v předchozích zadávacích řízeních nebyly podány žádné nabídky, prověřil zadavatel před zahájením tohoto třetího zadávacího řízení možnosti dodání jednotlivých požadovaných položek vybavení. S ohledem na získané informace nastavil zadavatel parametry dodání (a to i termínové požadavky) v zadávací dokumentaci.

Zadavatel zadávací podmínky s ohledem na termíny dodání vybavení měnit nebude.

V Karlových Varech, dne dle elektronického podpisu

Ing. Jaroslav Bednář

vedoucí obchodního oddělení
Karlovarská krajská nemocnice a.s.