



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne

23.04.2023

Naše značka

Vyřizuje / linka

Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary

26.04.2023

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-Cheb_T-1115_Přístroj anesteziologický vč. monitoru**”

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje, aby byl přístroj plně propojitelný – kompatibilní se stávajícími přístroji na COS.

Neuvažuje zadavatel, vzhledem k výše uvedenému, o rozdělení veřejné zakázky na dvě samostatné části, a to například na anesteziologický přístroj s monitorem a dále na moduly NMT pro stávající vybavení tak, aby umožnil se účastnit více než jednomu uchazeči?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel **neuvažuje o rozdělení veřejné zakázky na části**. Zadavatel má k tomu zcela relevantní důvody, jak z hlediska ekonomického, klinicko-medicínského, tak z hlediska provozně - technického.

Zadavatel dokupuje **jeden** anesteziologický přístroj ke stávajícím **pěti** kusům anesteziologických přístrojů. Jedná se o typy: A7 z roku **2018**, výrobce Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co., Ltd. dodaných společností Cheirón.

Z **ekonomického hlediska** je tento požadavek relevantní, neboť opravy, BTK a dodávky náhradních dílů realizuje jedna společnost, což pro zadavatele je vždy ekonomicky výhodnější; navíc se jedná o dokoupení přístroje k pěti poměrně novým stávajícím přístrojům.

Z hlediska **klinicko-medicínského** je požadavek zadavatele též relevantní, neboť vyšší počet druhů přístrojů s rozdílným ovládáním a neslučitelností zhoršuje bezpečnost poskytování zdravotnických služeb (např. při operacích na třech operačních sálech s třemi různými anesteziologickými přístroji je vyšší riziko chyby anesteziologa při přecházení mezi operačními sály, než při variantě jednotné přístrojové techniky).

Z **provozně - technického hlediska** lze mj. zmínit možnost použití modulů NMT u všech šesti anesteziologických přístrojů pouhým vložením tohoto modulu. Dále, při poruše přístroje lze použít

danou část z jiného kompatibilního přístroje a nemusí se přerušit operace (toto je důležitý aspekt především na nočních službách a o víkendech, kdy není dostatečný počet personálu ve službě).

Z výše uvedených důvodů zadavatel a současně z pohledu péče řádného hospodáře, zadavatel trvá na svém původním požadavku.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení