

**VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**Váš dopis značka / ze dne  
15.05.2023

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková/ 119Karlovy Vary  
16.05.2023

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-98-Cheb\_T-1206 elektrokauter (elektrokoagulace)**”

Dotazy k Příloze č. 3 zadávací dokumentace - Formulář technických specifikací dodávky

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje režim bipolárními řez. Námi nabízený přístroj renomovaného německého výrobce je specializovaný na gastroenterologii. Dle aktuálních znalostí trhu a referencí uživatelů v rámci již realizovaných instalací je technologická výbava (režimy, rozsahy možných nastavení atd.) více než dostatečná a komplexně zajišťuje veškeré potřeby endoskopických pracovišť. Domníváme se, že bipolární nástroje využívající tento režim nemají v gastroenterologii uplatnění a běžně se nevyužívají.

Bude zadavatel akceptovat cenově adekvátní nabízené řešení bez tohoto režimu?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Přístroj je sice primárně určen pro gastroenterologické oddělení, ale zároveň jako záložní pro ORL a oční ambulanci. Z toho důvodu je požadavek na plnohodnotný přístroj.

**Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje min. dva výstupy pro připojení pracovních nástrojů monopolárních a bipolárních. Námi nabízený přístroj má jeden monopolární a jeden bipolární výstup a domníváme se, že tyto výstupy jsou dostačující v gastroenterologii a běžně se více výstupů nevyužívá.

Bude zadavatel akceptovat adekvátní nabízené řešení jeden a jeden výstup?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Přístroj je sice primárně určen pro gastroenterologické oddělení, ale zároveň jako záložní pro ORL a oční ambulanci. Z toho důvodu je požadavek na plnohodnotný přístroj včetně více výstupů.

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení