



Písemná zpráva zadavatele

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
v rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku na dodávku

Označení veřejné zakázky:

„ReactEU-98-Cheb_T-1115_Přístroj anesteziologický vč. monitoru“

vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 2.5.2023
pod Evidenčním číslem zakázky Z2023-013802

1) Označení zadavatele

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČ: 26365804

se sídlem: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

zastoupená MUDr. Josefem Märzem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Čvančarou, MBA, členem představenstva

2) Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-Cheb_T-1115_Přístroj anesteziologický vč. monitoru“ zahrnuje dodávku anesteziologického přístroje včetně monitoru pro KKN, nemocnici v Chebu.

3) Cena sjednaná ve smlouvě

998 727 Kč bez DPH

4) Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném řízení.

5) Označení účastníků zadávacího řízení

1. CHEIRÓN a.s., IČO: 27094987

se sídlem: Kukulova 24, 169 00 Praha 6 - Břevnov

celková nabídková cena: 998 727 Kč bez DPH

6) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen.

7) Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

CHEIRÓN a.s., IČO: 27094987

se sídlem: Kukulova 24, 169 00 Praha 6 - Břevnov

celková nabídková cena: 998 727 Kč bez DPH

V rámci tohoto zadávacího řízení nebylo hodnocení nabídek provedeno, jelikož byla podána pouze jedna nabídka, dodavatele CHEIRÓN a.s., která splnila veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení.

8) Označení poddodavatele/ů

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatele.

9) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

10) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

11) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

12) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

13) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

14) Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

15) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Zadavatel nerozdělil veřejnou zakázku na části, jelikož k tomu měl z pohledu péče řádného hospodáře relevantní níže uvedené důvody.

Zadavatel dokupoval jeden anesteziologický přístroj ke stávajícím pěti kusům anesteziologických přístrojů. Jedná se o typy: A7 z roku 2018, výrobce Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronic Co., Ltd. dodaných společností Cheirón.

Z ekonomického hlediska byl tento požadavek relevantní, neboť opravy, BTK a dodávky náhradních dílů realizuje jedna společnost, což pro zadavatele je vždy ekonomicky výhodnější; navíc se jedná o dokoupení přístroje k pěti poměrně novým stávajícím přístrojům.

Z hlediska klinicko-medicínského byl požadavek zadavatele též relevantní, neboť vyšší počet druhů přístrojů s rozdílným ovládáním a neslučitelností zhoršuje bezpečnost poskytování zdravotnických služeb (např. při operacích na třech operačních sálech s třemi různými anesteziologickými přístroji je vyšší riziko chyby anesteziologa při přecházení mezi operačními sály, než při variantě jednotné přístrojové techniky).

Z provozně - technického hlediska lze mj. zmínit možnost použití modulů NMT u všech šesti anesteziologických přístrojů pouhým vložením tohoto modulu. Dále, při poruše přístroje lze použít danou část z jiného kompatibilního přístroje a nemusí se přerušit operace (toto je důležitý aspekt především na nočních službách a o víkendech, kdy není dostatečný počet personálu ve službě).

16) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ.

Za zadavatele:


.....
MUDr. Josef März
předseda představenstva


.....
Ing. Martin Čvančara, MBA
člen představenstva

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
nemocnice v Karlových Varech, IČ: 263 65 804
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 111, fax: 353 115 178
(2)