



VŠEM ÚČASTNÍKŮM  
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne  
14.7.2023

Naše značka

Vyřizuje / linka  
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary  
17.07.2023

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100\_Svářečky krevních vaků – část 2 – svářečka sterilní**”

**Dotaz č. 1:**

Dotaz ohledně ovládání v ČJ:

Uživatelé v ČR používají sterilní svářečku i v AJ, jelikož se jedná o jednoduchý proces, kde uživatelé mačkají pouze tlačítka Start či Reset. Přehodnotí zadavatel tento požadavek a bude akceptovat přístroj v AJ?

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel akceptuje ovládání i v anglickém jazyce.

Veškeré změny jsou modře vyznačeny.

**Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 21.8.2023 do 10:00 hod.**

**Přílohy:**

Výzva zadávací dokumentace (ver. 17.07.2023)

Příloha č. 3.2\_Formulář technické specifikace dodávky – část 2 (ver. 17.07.2023)

Ing. Jaroslav Bednář  
vedoucí obchodního oddělení