



VŠEM ÚČASTNÍKŮM
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Váš dopis značka / ze dne
22.8.2023

Naše značka

Vyřizuje / linka
Ing. Tina Batková/ 119

Karlovy Vary
25.08.2023

Odpověď na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci otevřeného řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**ReactEU-100_Šokový zmrazovač plazmy**”

Dotaz č. 1:

V rámci specifikace dodávky jsou požadovány rozměry přístroje: (v x š x h) max. 1600x1500x800. Byla by pro zadavatele akceptovatelná hloubka přístroje 920 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel hloubku přístroje 920 mm neakceptuje z důvodu nedostatečného prostoru na pracovišti.

Dotaz č. 2:

V rámci specifikace dodávky je požadováno: Vybavení funkcí zobrazení historie (grafy, teploty, stavy) i při výpadku PC na displeji zmrazovače, tzn. primární teplotní data jsou uložena v řídicí jednotce přístroje pro případ výpadku PC.

Je pro zadavatele akceptovatelné technické řešení, kdy přístroj zálohuje data z průběhu zmrazování primárně externě, nicméně v případě výpadku napájení, popř. PC řídicí jednotka zajišťuje krátkodobé zálohování dat?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel navrhované technické řešení neakceptuje.

Ing. Jaroslav Bednář
vedoucí obchodního oddělení