

Název zadavatele:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Závodní 390/98c 360 06 Karlovy Vary
IČO:	00574660

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 01

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 2024-2026“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P24V00000157**“

ev. č. VZ ve VVZ: „**Z2024-016220**“

Dne 23.04.2024 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Spotřební zdravotnický materiál pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje 2024-2026“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Žádáme Vás o doplnění specifikace k části B.

Položka číslo:

2. EKG elektroda, gelová lepící vrstva, průměr 45 mm – bude zadavatel akceptovat oválnou elektrody 36,7 x 42,2 mm, která je dodávána na jiné ZZS v ČR?

6. Folie izotermická 200x220 cm – bude zadavatel akceptovat rozměr 210x160cm, který je běžně používán na všech ZZS v ČR?

12. Jednorázová univerzální příkrývka, cca 190x110cm – může zadavatel doplnit hmotnost, protože ta zásadně ovlivňuje její cenu? Většinou je dodávána příkrývka o hmotnosti 500 g.

42. Nádobka se šroubovacím uzávěrem, 50 ml – PAZS – Jedná se o plastovou nebo skleněnou nádobku?

55. Plášť návštěvnický, nesterilní – může zadavatel upřesnit velikost a jestli se jedná o materiál PP o síle cca 20 g/m² ?

82, 83, 84, 85, - Stříkačka injekční xx ml, sterilní - může zadavatel doplnit, jestli požaduje 2 nebo 3 dílné s Luer Slip zakončením?

87. Stříkačka vyplachovací Janette, 100 ml – bude zadavatel akceptovat 150 ml, která je běžně dodávána na jiné ZZS v ČR?

86, 88. Stříkačka injekční 10 ml, sterilní - může zadavatel doplnit jestli požaduje 2 nebo 3 dílné s Luer Lock zakončením?

99. Turniket s vratidlem CAT GEN7 – bude zadavatel akceptovat škrtidlo SOF Tourniquet od společnosti TacMed Solutions, které je také schváleno orgaizací NATO?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Odpověď zadavatele:

- 2. ANO, zadavatel bude akceptovat oválnou elektrodu 36,7 x 42,2 mm
- 6. ANO, zadavatel bude akceptovat rozměr 210x160cm
- 12. Zadavatel upřesňuje hmotnost: min. 300 – 500g
- 42. zadavatel upřesňuje materiál materiál: PLAST
- 55. Zadavatel upřesňuje velikost a gramáž: velikost L, gramáž taková, aby byl neprůhledný
- 82, 83, 84, 85, Zadavatel požaduje dvoudílné s Luer Slip zakončením
- 87. Zadavatel bude akceptovat 150 ml
- 86, 88. Zadavatel požaduje 2 dílné, stříkačky se závitem jsou s Luer Lock zakončením
- 99. Zadavatel nebude akceptovat škrtidlo SOF Tourniquet od společnosti TacMed Solutions

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek v souladu s § 98 odst. ve stanovené lhůtě 3 pracovních dnů bez nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytuje jako přílohu aktualizovanou přílohu zadávací dokumentace Formulář pro zpracování nabídkové ceny pro část B.

V Karlových Varech dne 25.04.2024

Ing. Petra Hytha, MBA, administrátor veřejných zakázek, v.r.